

Warszawa, 24 sierpnia 2011 r.

Wykonawcy
/wszyscy/

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP-35/11 „Dostawa protez oraz implantów dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie”

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy PZP.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytania dotyczą zadania 2.5.20

Pytanie nr 1,

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia szczypców nieklejących ?

Odpowiedź Zamawiającego:
TAK

Pytanie nr 2,

Czy Zamawiający dopuści szczypce o długości 190 lub 200mm i szerokości 2 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza szczypiec o długości 190 mm. Zamawiający dopuści oferowanie szczypiec o długości 200 mm.

Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedź na pytanie 2 stanowi jednocześnie modyfikację polegającą na dopuszczeniu długości szczypiec 200 mm.

Modyfikacja SIWZ zostaje wprowadzona na podstawie Art. 38 ust. 4 Ustawy PZP.
Niniejsza treść zostaje zamieszczona oraz przesłana zgodnie z Art. 38 ust 2. Oraz Art. 38 ust 4 Ustawy PZP.