

Warszawa, dnia 11.08.2010.

ZP-59/10
L.dz. 455 /10/ZP

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia do nowo wybudowanego budynku szpitalnego A-2 w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie” - znak sprawy ZP-59/10.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu nr 6. Czy zamawiający wydzieli w Formularzu ofert osobne pozycje według „Wykazu parametrów technicznych” (Załącznik 3.6 do SIWZ) tj:

Poz. nr 1 Laryngoskop dla dorosłych z oświetleniem światłowodowym 14 zestawów

Poz. nr 2 Rękojeść /jeśli zamawiający wymaga dostarczenia osobnych rękojeści /proszę o podanie ilości/

Poz. nr 3 Łyżka do laryngoskopu 114mm (nr3) 10szt.

Poz. nr 4 Łyżka do laryngoskopu 132mm (nr4) 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji w Formularzu cenowym. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia jest 14 zestawów laryngoskopów i w Formularzu cenowym wymagane jest podanie ceny jednostkowej za zestaw. W skład zestawu laryngoskopu wchodzi:

A. rękojeść = 1 sztuka

B. łyżki Macintosh mała (roz. 2 –około 93 mm) = 1 sztuka

C. łyżki Macintosh średnia (roz. 3 – około 114 mm) = 2 sztuki

D. łyżki Macintosh duża (roz. 4 - około 132 mm) = 2 sztuki

Łącznie przedmiotem zamówienia jest 14 zestawów laryngoskopów, więc ogólna ilość urządzeń wynosi:

A. rękojeść 1 sztuka w zestawie = razem 14SZT.

B. łyżki Macintosh mała (roz.2 –około 93 mm) 1 sztuka w zestawie = razem 14 SZT.

C. łyżki Macintosh średnia (roz.3 – około 114 mm) 2 sztuki w zestawie = razem 28 SZT.

D. łyżki Macintosh duża (roz. 4 - około 132 mm) 2 sztuki w zestawie = razem 28 SZT.

Zamawiający załącza do niniejszego pisma Wykaz parametrów technicznych, po wprowadzeniu uszczegółowienia ilości. Załącznik ten jest dokumentem obowiązującym i Wykonawcy winni w swej ofercie złożyć Załącznik nr 3.6 w wersji po dokonaniu wyjaśnień z dnia dzisiejszego 11-08-2010.

Zamawiający przypomina, iż przewidział możliwość wprowadzania zmian już złożonych ofert bądź ich wycofania (patrz rozdział XV SIWZ).

W celu zapewnienia Wykonawcom czasu odpowiedniego do sporządzenia ofert z uwzględnieniem powyższych wyjaśnień i dokonanych zmian, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17 sierpnia 2010 do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych budynku D, pok. 10, w dniu 17 SIERPNI 2010r o godz. 10:15.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 6 – Laryngoskopy

1. Laryngoskop – łącznie 14 szt.

Typ: Model: Rok produkcji:
 Producent: Kraj pochodzenia:
 Certyfikaty CE Oferent:

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	<p>Laryngoskop dla dorosłych z oświetleniem światłowodowym. Łyżki wykonane ze stali nierdzewne, światłowodowe, (strumień światła prowadzony za pomocą wbudowanego światłowodu), matowe na całej powierzchni w celu wyeliminowania refleksów świetlnych, trójstronny zatrzask kulowy pozwalający na pewne i szybkie zapięcie, łyżki bez otworów oraz szczelin, gdzie mógłby się gromadzić brud. Oznaczenie rozmiaru i typu łyżki na jej korpusie, sterylizacja łyżek w autoklawie w temperaturze 134° C i 121°C wytrzymałość około 12000 procesów sterylizacji.</p> <p>Zestaw:</p> <p><u>A.</u> rękoięć 1 sztuka w zestawie = razem 14SZT. <u>B.</u> łyżki Macintosh mała (roz.2 –około 93 mm) 1 sztuka w zestawie = razem 14 SZT. <u>C.</u> łyżki Macintosh średnia (roz.3 – około 114 mm) 2 sztuki w zestawie = razem 28 SZT. <u>D.</u> łyżki Macintosh duża (roz. 4 - około 132 mm) 2 sztuki w zestawie = razem 28 SZT.</p>	TAK	
	OPIS CZĘŚCI SKŁADOWYCH ZESTAWU:		
A	Rękoięć antypoślizgowa z zasilaniem bateryjnym (2xR14), wyposażona w diodę LED dająca światło o natężeniu około 11000Lux, blokada diody uniemożliwiająca jej odkręcenie	TAK	
C	<p>łyżka do laryngoskopu światłowodowa, wykonane ze stali nierdzewne, światłowodowe, (strumień światła prowadzony za pomocą wbudowanego światłowodu), matowe na całej powierzchni w celu wyeliminowania refleksów świetlnych, trójstronny zatrzask kulowy pozwalający na pewne i szybkie zapięcie, łyżki bez otworów oraz szczelin, gdzie mógłby się gromadzić brud.</p> <p>Oznaczenie rozmiaru i typu łyżki na jej korpusie, sterylizacja łyżek w autoklawie w temperaturze 134° C i 121°C wytrzymałość około 1200 procesów sterylizacji.</p> <p>Łyżki typ Macintoscha nr 3 (średnia) o długości roboczej około 114mm</p>	TAK	
D	<p>łyżka do laryngoskopu światłowodowa, wykonane ze stali nierdzewne, światłowodowe, (strumień światła prowadzony za pomocą wbudowanego światłowodu), matowe na całej powierzchni w celu wyeliminowania refleksów świetlnych, trójstronny zatrzask kulowy pozwalający na pewne i szybkie zapięcie, łyżki bez otworów oraz szczelin, gdzie mógłby się gromadzić brud.</p> <p>Oznaczenie rozmiaru i typu łyżki na jej korpusie, sterylizacja łyżek w autoklawie w temperaturze 134° C i 121°C wytrzymałość około 1200 procesów sterylizacji.</p> <p>Łyżki typ Macintoscha nr 4 (duża) o długości roboczej około 132 mm</p>		
2.	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE	TAK	
3.	Gwarancja zestawu min. 24 miesiące	TAK	