

Warszawa, dnia 26.07.2010r.

Nr sprawy: ZP-52/10

L.dz. /10/ZP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa narzędzi endoskopowych dla Szpitala Praskiego SPZOZ w Warszawie”.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Pytanie 1: Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie czasu na dostarczenie przedmiotu zamówienia z 3 dni do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„ W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3 w powiązaniu z załącznikiem nr 1 pkt 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis o następującym brzmieniu:

„ Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres.....(min 12 miesięcy), że towar jest dobrej jakości i wolny od wad, a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad – w terminiedni (max 5 dni roboczych) od dnia uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis o następującym brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe, wolne od wad, w przypadku trzech napraw tego samego istotnego elementu lub trzykrotnego usunięcia tego samego błędu. W każdym przypadku termin naprawy nie może przekroczyć 4 dni roboczych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Dotyczy załącznika nr 2.1 – Pakiet 1 – poz. 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 7 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?

Opisaną w SIWZ powyższą pozycję charakteryzuje unikalny produkt konkretnej firmy. Umieszczenie jej w grupie z innymi produktami uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje. Wyodrębnienie wskazanej pozycji umożliwi Zamawiającemu pozyskanie produktów o pożądanym cechach przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności ofert, co zapewni większą możliwość uzyskania korzystnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do ostrzykiwania krwawień jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający pisząc pętle diatermiczne do użytku kolonoskopowe oraz gastroskopowe myśli 10 szt. jednych i 10 szt. drugich, czy 5 szt. gastroskopowych, a 5 szt. kolonoskopowych?

Odpowiedź: 10 sztuk pętli diatermicznych do użytku kolonoskopowego oraz 10 sztuk gastroskopowych.

Pytanie 9:

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia **PAKIET nr 1 poz. 5**

Czy Zamawiający pisząc wielorazowe igły ma na myśli igły jednorazowego użytku z osłonką wielorazową?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie 10:

dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 SIWZ). Prosimy o dopuszczenie na wykreślenie § 4 punkt 5 z umowy ?

Uwagi: punkt jest sprzeczny z punktem 3 tego paragrafu stwierdzającym, że przyjęcie dostawy będzie się odbywało na podstawie podpisania dokumentu WZ.

Faktury będą natomiast wystawiane po zrealizowaniu dostawy, czyli, zgodnie z punktem 3, po podpisaniu dokumentu WZ)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 SIWZ). Prosimy o dopuszczenie na następujący zapis umowy § 4 punkt 6

„Strony za dzień zapłaty określają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Jestem właścicielem firmy która od około 7 lat świadczy usługi w ramach produkcji wszelkiego rodzaju akcesoriów do endoskopii, głównie dla firm z rynku niemieckiego. Od roku firma moja zajmuje się również dystrybucją urządzeń do endoskopii na terenie Polski. Jestem zainteresowany realizacją dostaw akcesoriów endoskopowych do Państwa szpitala w ramach wyżej wspomnianego ogłoszenia (uściślając w ramach Pakietu 1)

Moje pytanie dotyczy warunku dotyczącego wykazania zrealizowanych przez moją firmę dostaw. Oczywiście spełniamy ten warunek pod względem zakresu rzeczowego dostaw a także nie

byłoby żadnym problemem uzyskanie pozytywnych opinii z placówek z którymi współpracujemy na terenie naszego kraju, jednakże wartość realizowanych dostaw jest niższa od przedmiotu zamówienia. Czy fakt ten eliminuje naszą firmę z udziału w przetargu? Jednocześnie oświadczam iż lata pracy u podstaw produkcji akcesoriów endoskopowych pozwalają mi twierdzić iż posiadamy wystarczające doświadczenie dla realizacji tego przetargu a jak rozumiem warunek ten służy zbadaniu przez Zamawiającego wiedzy, potencjału technicznego i właśnie doświadczenia wykonawcy. Jednocześnie informuję iż oferowane przez nas instrumenty to produkty o najwyższej rynkowej jakości i bardzo atrakcyjnej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR

Paweł Obermeyer