

Warszawa, dnia 15.06.2010r.

Nr sprawy: ZP –46/10  
L.dz. /10/ZP

### **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”.*

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 18 zestawów zawierających 7 gumek, uwalnianych w inny sposób niż za pomocą sznurka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści probówkę biochemiczną o objętości pobranej krwi 9 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 3:**

Czy zamawiający w pozycji nr 5 dopuści probówkę do OB. O objętości pobieranej krwi 1,5 – 3,6 ml w odczycie logarytmicznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści inne wielkości opakowań jednostkowych w przeliczeniu na zapotrzebowanie Zamawiającego? Wielkości opakowań umieszczone w tym zadaniu sugerują konkretną firmę – Becton Dickinson.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**DYREKTOR**

**Paweł Obermeyer**