

Warszawa, dnia 09.09.2010.

ZP-67/10
L.dz. 524/10/ZP

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę aparatury laboratoryjnej do nowo wybudowanego budynku szpitalnego A-2 w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie” - znak sprawy ZP-67/10.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Pytanie 1: Dotyczy Pakiet nr 8 - Aparat do analizy pasków testowych do moczu z oprzyrządowaniem, pkt 3 wykazu parametrów technicznych zał. 3.8 do SIWZ. Czy z związku wymogiem bezpłatnego włączenia aparatu w sieć Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (pkt 17 parametrów wymaganych), Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora o wewnętrznej pamięci 1 000 wyników pacjentów i 300 wyników kontroli? Przechowywanie większej ilości wyników odbywa się w sieci.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2: Dotyczy Pakiet nr 8 - Aparat do analizy pasków testowych do moczu z oprzyrządowaniem, pkt. 10 wykazu parametrów technicznych zał. 3.8 do SIWZ. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora posiadającego na wyposażeniu czytnik kodów jednak, analizator automatycznie oznacza kolor oczu natomiast wybór klarowności moczu dokonywany jest za pomocą dotykowego ekranu ciekłokrystalicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3: Dotyczy Pakiet nr 8 - Aparat do analizy pasków testowych do moczu z oprzyrządowaniem, pkt. 11 wykazu parametrów technicznych zał. 3.8 do SIWZ. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu do analizy pasków z menu obsługi w j. angielskim? Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w j. polskim wraz z zawartymi w niej komunikatami o błędach. Dodatkowo biorąc pod uwagę konieczność bezpłatnego podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (pkt. 17 parametrów wymaganych) Zamawiający będzie miał możliwość obsługi analizatora w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4: Dotyczy Pakiet nr 8 - Aparat do analizy pasków testowych do moczu z oprzyrządowaniem, pkt. 15 wykazu parametrów technicznych zał. 3.8 do SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania pasków z odczytem, co najmniej 10 pól testowych, charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru glukozy i krwi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 5: Dotyczy Pakiet nr 8 - Aparat do analizy pasków testowych do moczu z oprzyrządowaniem, pkt. 16 wykazu parametrów technicznych zał. 3.8 do SIWZ. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie

materiału kontrolnego na bazie moczu ludzkiego czyli pod względem składu podobnego do oznaczonej próbki w postaci płynnej, pochodzącego od innego producenta niż producent do analizy moczu? Termin ważności materiału kontrolnego po otwarciu buteleczki wynosi 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6: Dotyczy Pakiet nr 8 - Aparat do analizy pasków testowych do moczu z oprzyrządowaniem, pkt. 18 wykazu parametrów technicznych zał. 3.8 do SIWZ. Zgodnie i ideą kontroli zewnętrznej/międzynarodowej która powinna być niezależna od producenta odczynników i aparatu prosimy o zgodę na możliwość zapewnienia bezpłatnego udziału w uznanej międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości LabQuality lub kontroli Randox?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7: Pakiet nr 9 - Zestaw do wykonywania elektroforezy z oprzyrządowaniem. Czy w związku z faktem, iż żele do elektroforezy manualnej przeznaczone są na 10 rozdziałów, Zamawiający dopuści komorę elektroforetyczną z możliwością równoczesnego przeprowadzania rozdziału białek dla 10-próbek badanych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8: Pakiet nr 9 - Zestaw do wykonywania elektroforezy z oprzyrządowaniem. Czy Zamawiający dopuści monitor LCD 18,5''

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 9: Pakiet nr 9 - Zestaw do wykonywania elektroforezy z oprzyrządowaniem. Prosimy o podanie producenta i nazwy Laboratoryjnego Systemu Informatycznego do którego będzie włączone urządzenie, oraz o ile jest to możliwe kosztów podłączenia.

Odpowiedź: Nie są znane obecnie dane producenta i nazwy Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, ponieważ dostawa systemu jest przedmiotem zamówienia prowadzonego aktualnie przez Zamawiającego (postępowanie znak ZP- 65/10 ogłoszone dnia 31-08-2010).

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższych odpowiedzi podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pismem z dnia 08-09-2010 termin składania ofert w niniejszym postępowaniu został przesunięty na dzień 13-09-2010.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej w budynku E, w **dniu 13 września 2010r o godz. 11:15.**

DYREKTOR

Paweł Obermeyer