

Warszawa, dnia 27.10.2010.

ZP-60A/10

L.dz. 597/10/ZP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Dostawę aparatury medycznej do nowo wybudowanego budynku szpitalnego A-2 w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie”

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Dotyczy: Urządzenie do mycia ścian oraz powierzchni precyzyjnych medycznych sprężoną parą wodną.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonania przeglądów gwarancyjnych serwisowych gdyż urządzenie to nie wymaga takich czynności ani w okresie gwarancyjnym ani pogwarancyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii w okresie gwarancji do 21 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii w okresie gwarancji do 7 dni roboczych.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt. 19 na: „W przypadku awarii trwającej dłużej niż 21 dni (w okresie gwarancji) którejkolwiek z części składowych oferowanego zestawu oferent jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego”.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt. 19 na: „W przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni roboczych (w okresie gwarancji) którejkolwiek z części składowych oferowanego zestawu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego”.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt. 20 na: „W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 14 dni oferent zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii”.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt. 20

na: „W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii”.

Dotyczy: Aparat do szybkiego przetaczania płynów – 2 szt.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonania przeglądów serwisowych gdyż urządzenie to nie wymaga takich czynności ani w okresie gwarancyjnym ani pogwarancyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii w okresie gwarancji do 21 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii w okresie gwarancji do 5 dni.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt. 19 na: „W przypadku awarii trwającej dłużej niż 21 dni (w okresie gwarancji) którejkolwiek z części składowych oferowanego zestawu oferent jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego”.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt. 19 na: „W przypadku awarii trwającej dłużej niż 5 dni (w okresie gwarancji) którejkolwiek z części składowych oferowanego zestawu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego”.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt. 20 na: „W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 14 dni oferent zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii”.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt. 20 na: „W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 5 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii”.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

DYREKTOR

Paweł Obermeyer