

Warszawa, 12 sierpnia 2011 r.

Wykonawcy

/wszyscy/

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP-38/11, „**Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie.**”

Pakiet nr 2

Dzierżawa analizatora zastępczego oraz uzupełniającego panel dostępnych badań immunologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

#### Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający postanawia dokonać modyfikacji treści SIWZ polegającej na dodaniu kryterium oceny ofert do zadania drugiego:

#### Dla pakietu 2

##### 1. Cena

lp	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	93%	cena najniższa oferowana $K = \frac{\text{cena oferty ocenianej}}{\text{cena najniższa oferowana}} \times 93$ cena oferty ocenianej

## 2. OCENA PARAMETRÓW DOTYCZĄCA ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORA

Lp.	Oceniany parametr	Sposób oceny	Odpowiedź:  TAK lub NIE oraz opisać oferowane parametry
1.	Wszystkie kalibratory i kontrole gotowe do użycia.	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	
2.	Czas potrzebny na wykonanie przez personel laboratorium codziennych czynności konserwacyjnych (zgodny z instrukcją obsługi aparatu) <=10 min	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	
3.	Liczba miejsc odczynnikowych w karuzeli odczynnikowej >=20	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	
4.	Miejsca odczynnikowe chłodzone do temperatury lodówki – od 2 do 12 stopni C (zgodnie z instrukcją obsługi aparatu)	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	
5.	Możliwość uzupełnienia odczynników w trakcie pracy analizatora, bez przerywania ciągłości pracy analizatora i wprowadzania analizatora w tryb pauzy (standby).	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	
6.	Stabilność kalibracji dla wszystkich testów większa niż 28 dni. Częstotliwość kalibracji sugerowana w ulotce odczynnikowej producenta.	TAK- 1 pkt NIE – 0 pkt	
7.	Analizator używający jeden uniwersalny rodzaj statywów dla wszystkich próbek bez względu na rodzaj materiału badanego i wielkość próbek.	TAK- 1 pkt NIE – 0 pkt	

### Postanowienia końcowe

Niniejsza treść zostaje ogłoszona oraz przesłana zgodnie z Art. 38 ust 4. Ustawy PZP

Nie zachodzi przesłanka opisana w Art. 38 ust. 6  
Termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR  
Paweł Obakmeyer

