

Warszawa, dnia 21.10.2010.

ZP-58B/10  
L.dz. .... /10/ZP

### **DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę narzędzi chirurgicznych oraz aparatury chirurgicznej do nowo wybudowanego budynku szpitalnego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie” - znak sprawy ZP-58B/10.*

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty próbek innych niż wymagane, ale dające pogląd na temat jakości oferowanych narzędzi chirurgicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 2 – dotyczy: Dermatol, pkt. 13.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii w okresie gwarancji do 21 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający wydłuża termin usunięcia awarii w okresie gwarancji do 14 dni roboczych.

#### **Pytanie 3 – dotyczy: Dermatol, pkt. 20.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt. 20 na:

„W przypadku awarii trwającej dłużej niż 21 dni (w okresie gwarancji) którejkolwiek z części składowych oferowanego zestawu oferent jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego”.

**Odpowiedź: pkt. 20 otrzymuje brzmienie:** „W przypadku awarii trwającej dłużej niż 14 dni (w okresie gwarancji) którejkolwiek z części składowych oferowanego zestawu oferent jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego”.

#### **Pytanie 4 – dotyczy: Dermatol, pkt. 21.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt. 21 na:

„W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 14 dni oferent zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

## **DYREKTOR**

**Paweł Obermeyer**

