

Nr sprawy: ZP – 10/11
L.dz. 103./11/ZP

Warszawa, dnia 11.03.2011r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę akcesoriów RTG dla Szpitala Praskiego SPZOZ w Warszawie”.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy Zamawiający w zakresie **poz. 1 i 2 Pakietu nr 2** ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów - w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual (nr seryjny 27156) i nie spowodują usterek w jego działaniu, ani jego uszkodzenia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2: W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

a) Czy Zamawiający, w zakresie **poz. 1 Pakietu nr 2**, pisząc:
Jednorazowe wkłady do kontrastu do strzykawki automatycznej Stellant firmy Medrad, opakowanie zawiera 20 sztuk

ma na myśli:

W pełni kompatybilne z automatycznym wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT D zestawy składające się z: wkładów jednorazowych o pojemności 200 ml (2 szt.), złącza szybkiego napełniania (2 szt.), złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem oraz ostrza typu „Spike”, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 20 sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie **poz. 1 Pakietu nr 2** ma na myśli:

W pełni kompatybilne z automatycznym wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT D zestawy składające się z: wkładów jednorazowych o pojemności 200 ml (1 szt.), złącza szybkiego napełniania (1szt.), złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem oraz ostrza typu „Spike”, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 20 sztuk, pakowane pojedynczo A i B.

b) Czy Zamawiający, w zakresie **poz. 2 Pakietu nr 2**, pisząc:

Łączniki niskiego ciśnienia do strzykawki automatycznej Stellant firmy Medrad, opakowanie zawierające 50 sztuk.

ma na myśli:

W pełni kompatybilne z automatycznym wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT D złącza niskiego ciśnienia o długości 150– 152 cm, z trójnikiem i o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI”, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 50 sztuk?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3: Dotyczy pakietu 1

Czy do oferty ma być dołączone oświadczenie producenta (wraz z typem filmu, nr katalogowym i nazwą producenta) informujące, że oferowane filmy są dedykowane do posiadanej przez Zamawiającego kamery? Pozwoli to Zamawiającemu uzyskać wyroby medyczne wysokiej jakości przeznaczone przez Wytwórcę do stosowania w połączeniu z wyposażeniem sprzętowym pracowni Rtg.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Dot. Projektu Umowy, &4, pkt.4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury za każdorazowo dostarczony towar? Obowiązujące przepisy prawne obligują dostawcę do wystawiania faktury VAT w terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

ZATWIERDZAM

Z-ca DYREKTORA
ds. Inwestycyjno-Administracyjnych


Maria Kowalska