

Nr sprawy: ZP – 26/11
L.dz. 166./11/ZP

Warszawa, dnia 17.05.2011r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę płytek kątowo stabilnych do leczenia złamań, gwoździ śródszpikowych oraz zestawów do przez skórnej wertebroplastyki do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy zamawiający w części I - Płytki kątowo-stabilne do złamań nasady dalszej kości promieniowej + śruby

Dopuszcza zaferowanie śrub blokowanych tytanowych 2,5 mm o dł. od 8 do 34 mm.
Głowy śrub blokujących są bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: Czy zamawiający w części I - Płytki kątowo-stabilne do złamań nasady dalszej kości promieniowej + śruby

Dopuszcza zaferowanie dopuści śruby korowe tytanowe 2,5 mm o dł. od 8 do 34 mm.
Śruby korowe jak i blokowane mają tą samą średnicę, są różnych kolorów, obsługiwane jednym śrubokrętem co znacznie ułatwia i skraca czas zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: Czy zamawiający w części I - Płytki kątowo-stabilne do złamań nasady dalszej kości promieniowej + śruby

Wyłączy pozycję pegi blokowane 2,0 mm, od 16mm-26mm.
System do złamań dalszej nasady kości promieniowej, oferowany przez firmę Medartis, nie wymaga dodatkowych elementów w postaci pegów blokowanych. System firmy Medartis opiera się jedynie na płytkach z niegwintowanymi otworami na śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wielokrotne wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni

Do puszczenia powyższych produktów, umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentów, co będzie miało bezpośredni wpływ na konkurencyjność oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 3 pozycję 2 – zawierającą Gwóźdź Gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przekrętarzowych, w osobny pakiet i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, celem dopuszczenia do udziału w

postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5: Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 pozycja 2 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokujących do części dystalnej 4,5 mm zamiast 5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6: Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 pozycja 2 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokujących do części dystalnej z przeskokiem długości co 2 mm zamiast co 2,5 mm?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23 maja 2011 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych budynku D, pok. 10, w dniu 23 maja 2011r. o godz. 10:15.

Z-ca DYREKTORA
ds. Inwestycyjno-Administracyjnych


Maria Borowska