

Warszawa, dnia 25.10.2010.

ZP-58A/10
L.dz. 589 /10/ZP

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę narzędzi chirurgicznych oraz aparatury medycznej do nowo wybudowanego budynku szpitalnego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie” - znak sprawy ZP-58a/10.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Pomimo faktu, iż zapytania wpłynęły po upływie terminu przewidzianego na ich zadawanie, Zamawiający zdecydował udzielić wyjaśnień:

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu nr 3. Zwracam się z pytaniem dotyczącym tabeli parametrów technicznych. Postępowanie jest na jeden defibrylator, natomiast w pozycji 23 napisali Państwo: „**Stymulacja przeskórna w 6 szt.**”. Czy mamy to potraktować jako błąd i zaoferować jedną stymulację przeskórna czy też rzeczywiście wymagają Państwo 6 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 3 jest dostawa defibrylatorów z kardiowersją z oprzyrządowaniem w ilości 1 sztuka. W pkt 23 zamiast treści: „Stymulacja przeskórna w 6 szt. Tryby pracy: „Rytm Sztynny” i „Na Żądanie””, winno być: „**Stymulacja przeskórna w oferowanym urządzeniu. Tryby pracy: „Rytm Sztynny” i „Na Żądanie”**”. Wykonawcy winni uwzględnić powyższe wyjaśnienie w składanej ofercie.

Pytanie 2: Dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający dopuści źródło światła typu halogen o mocy 150W?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu nr 5. Pkt. 10. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „Wyostrenie obrazu minimum 3 stopnie”, ponieważ jest to opis właściwy dla procesora obrazu a nie endoskopu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4: Dotyczy Pakietu nr 5. Pkt. 11. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „Funkcja zatrzymania obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym (PIP)”, ponieważ jest to opis właściwy dla procesora obrazu a nie endoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5: Dotyczy Pakietu nr 5. Pkt. 12. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „Dodatkowy kanał do splukiwania pola widzenia”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Paweł Obermeyer