

Warszawa, dnia 06.09.2010r.

Nr sprawy: ZP-60/10  
L.dz. 509/10/ZP

### **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli szpitalnych wraz z drobnym wyposażeniem medycznym do nowo wybudowanego budynku szpitalnego A-2 w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie”.*

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

#### **Pytanie 1 – Pakiet nr 1 – Meble szpitalne wraz z drobnym wyposażeniem medycznym**

Czy w przypadku gdy wymagane wyroby nie są wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i nie podlegają certyfikacji oraz obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez te wyroby znaku CE o co za tym idzie deklaracji CE? W przypadku gdy dany wyrób nie jest wyrobem medycznym, Producent nie ma prawa wystawić takiego dokumentu gdyż byłoby to sprzeczne z obowiązującym prawem.

**Odpowiedź:** Zamawiający w SIWZ wymaga w przypadku wyrobów niemedycznych certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych (certyfikat zezwalający na oznakowanie wyrobu znakiem CE), jeśli certyfikacja była prowadzona z udziałem jednostki notyfikującej (**jeśli dotyczy**).

#### **Pytanie 2 - Pozycja 31 do 33 Wózek reanimacyjny – łącznie 6 szt.**

Czy ze względu na specyfikę oddziałów oraz przeznaczenie wózków reanimacyjnych Zamawiający będzie wymagał aby wózek był przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz w komorach myjących a co za tym idzie posiadał otwór w dolnej półce profilowanej ze spadem umożliwiającym odpływ wody oraz możliwość wyjęcia wszystkich szuflad na prowadnicach bezrowkowych odpornych na działanie wody?

**Odpowiedź:** Tak.

#### **Pytanie 3 - Pozycja 31 do 33 Wózek reanimacyjny – łącznie 6 szt.**

Czy Zamawiający dla polepszenia parametrów techniczno – eksploatacyjnych będzie wymagał aby w górnym blacie była wbudowana wysuwana półka z tworzywa o wymiarach min. 380x310mm, która w znaczny sposób zwiększy powierzchnię roboczą wózka?

**Odpowiedź:** Tak.

#### **Pytanie 4 - Pozycja 40 – 42 Stolik na narzędzia z ruchomą płytą**

W załączniku nr 2.1 do SIWZ którym jest formularz cenowy Zamawiający określa ilości pozycji nr 40 do 42 jako następujące:

40. Stolik na narzędzia z ruchomą płytą - 8szt.

41. Stolik do narzędzi z ruchomą płytą – 1 szt.

42. Stolik do narzędzi z ruchomą płytą – 2szt.

Pozycje te razem dają łączną ilość 11szt, jednak w załączniku nr 3.1 do SIWZ którym jest wykaz parametrów technicznych w pozycji tej wskazana jest ilość 3 szt. Proszę Zamawiającego o określenie prawidłowej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że prawidłowa ilość wymaganego sprzętu podana jest w Formularzu cenowym i dla poz. 40-42 wynosi ona:

40. Stolik na narzędzia z ruchomą płytą - 8szt.

41. Stolik do narzędzi z ruchomą płytą – 1 szt.

42. Stolik do narzędzi z ruchomą płytą – 2szt.

Wykaz parametrów technicznych dla w/w pozycji stanowi załącznik do niniejszego pisma.

#### **Pytanie 5 -Pozycja 151 – 153 Pojemnik pedałowyy na odpadki pooperacyjne**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z wiekiem wykonanym z plastiku bez uchwytu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

#### **Pytanie 6 -Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje pakietu bądź wydzieli z zadania poz.172-175 oraz 191-194 i utworzy oddzielny pakiet? Umożliwi to udział w postępowaniu większej liczby oferentów a Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot Zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 7 - Pakiet 1 poz. 172- 175 Myjnia**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o max. wymiarach: 700/600/1500 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania p[przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

#### **Pytanie 8 - Pakiet 1 poz. 172- 175 Myjnia**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez złącza RS232?

**Odpowiedź:** Nie.

#### **Pytanie 9 - Pakiet 1 poz. 172- 175 Myjnia**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające komorę prostokątną, pozwalającą na większy załadunek niż opisana w SIWZ?

**Odpowiedź:** Nie.

#### **Pytanie 10 - Pakiet 1 poz. 172- 175 Myjnia**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie w czasie jednego cyklu mieściło do 4 naczyń ( 3 kaczki i 1 basen)? Takie rozwiązanie pozwoli na zdecydowane ograniczenie kosztów pracy myjni.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie takiego urządzenia.

#### **Pytanie 11 - Pakiet 1 poz. 172- 175 Myjnia**

Mając na uwadze **zredukowanie bardzo wysokich kosztów** jakie ponoszą Placówki Służby Zdrowia na utylizację odpadów medycznych, czy Zamawiający wymaga aby urządzenie oprócz mycia i dezynfekcji basenów i kaczek (i innych naczyń sanitarnych) **posiadało funkcję opróżniania i dezynfekcji jednorazowych worków na mocz**? Takie rozwiązanie technologiczne pozwala Użytkownikowi podczas cyklu mycia i dezynfekcji basenów i kaczek, bezpiecznie (automatycznie) pozbyć się zawartości worka na mocz, zdezynfekować go i tym samym ograniczyć do minimum masę utylizowanego odpadu medycznego. Efekt końcowy, to odpad (w postaci wymytej i zdezynfekowanej folii - opakowanie) ważący zaledwie kilka dkg.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie takiego urządzenia.

#### **Pytanie 12 - Pakiet 1 poz. 191- 194 ssaki elektryczne**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przejezdne, bez możliwości zdalnego sterowania?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 13 - Pakiet 1 poz. 191- 194 ssaki elektryczne**

Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 2 butle o pojemności 2L i kompatybilne z nimi wkłady jednorazowe wyposażone w filtr hydrofobowy dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego ssaka.

**Pytanie 14 - Pakiet 1 poz. 191- 194 ssaki elektryczne**

Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania do 25L/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

**Pytanie 15 - Pakiet 1 poz. 191- 194 ssaki elektryczne**

Czy Zamawiający dopuści ssak zabezpieczony przed zalaniem poprzez filtry hydrofobowe nakręcane bezpośrednio na źródło ssania jak i filtry w pokrywie wkładów jednorazowych? W Przypadku takiego rozwiązania nie ma konieczności stosowania butli przelewowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie takiego urządzenia.

**Pytanie 16 - Pakiet 1 poz. 191- 194 ssaki elektryczne**

Czy Zamawiający wymaga aby ssak posiadał 2 niezależne źródła ssania, zabezpieczone przed zalaniem poprzez filtry hydrofobowe nakręcane bezpośrednio na każde źródło ssania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie takiego urządzenia.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

**DYREKTOR**

**Paweł Obermeyer**

**POZ. 41 – 42 - Stolik do narzędzi z ruchoma płyta****Stolik do narzędzi z ruchoma płyta – łącznie 3 szt.**

Nazwa oferowanego urządzenia:.....  
 Typ: ..... Model:..... Rok produkcji:.....  
 Producent:..... numer seryjny:.....  
 Kraj pochodzenia: .....Certyfikaty CE .....  
 Oferent:.....klasa urządzenia .....

Lp.	Opis wymaganego parametru	Parametr wymagany	Parametry oferowane
1.	Szkielet lakierowany proszkowo	TAK	
2.	Blat ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości w zakresie min. 900-1320 mm	TAK	
3.	Podstawa wyposażona w trzy koła jezdne z blokadą	TAK	
4.	Wymiary blatu: min. 500x750 mm	TAK	
5.	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	Podać max 5.dni	
6.	Deklaracja CE	TAK	
7.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	
8.	Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta	Podać	
9.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji	Podać max. 24 godziny	
10.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
11.	Podać częstotliwość przeglądów w ciągu roku.	TAK podać koszt przeglądu.	
12.	W przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni (w okresie gwarancji) którejkolwiek z części składowych oferowanego zestawu oferent jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego	TAK	
13.	W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatu trwające dłużej niż 2 dni oferent zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii	TAK	
14.	Po zakończeniu okresu gwarancji oferent zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe	TAK	
15.	Od oferenta wymaga się zainstalowania dostarczonego urządzenia i przeszkolenie personelu medycznego w zakresie jego pełnej obsługi na koszt dostawcy	TAK	

**POZ. 40 – Stolik na narzędzia z ruchoma płyta****Stolik na narzędzia z ruchoma płyta – łącznie 8 szt.**

Nazwa oferowanego urządzenia:.....  
 Typ: ..... Model:..... Rok produkcji:.....  
 Producent:..... numer seryjny:.....  
 Kraj pochodzenia: ..... Certyfikaty CE .....  
 Oferent:..... klasa urządzenia .....

Lp.	Opis wymaganego parametru	Parametr wymagany	Parametry oferowane
1.	Szkielet lakierowany proszkowo	TAK	
2.	Blat ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości w zakresie min. 900-1320 mm	TAK	
3.	Podstawa wyposażona w trzy koła jezdne z blokadą	TAK	
4.	Wymiary blatu: min. 500x750 mm	TAK	
5.	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	Podać max 5.dni	
6.	Deklaracja CE	TAK	
7.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	
8.	Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta	Podać	
9.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji	Podać max. 24 godziny	
10.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
11.	Podać częstotliwość przeglądów w ciągu roku.	TAK podać koszt przeglądu.	
12.	W przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni (w okresie gwarancji) którejkolwiek z części składowych oferowanego zestawu oferent jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego	TAK	
13.	W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatu trwające dłużej niż 2 dni oferent zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii	TAK	
14.	Po zakończeniu okresu gwarancji oferent zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe	TAK	
15.	Od oferenta wymaga się zainstalowania dostarczonego urządzenia i przeszkolenie personelu medycznego w zakresie jego pełnej obsługi na koszt dostawcy	TAK	