

Warszawa, dnia 21.12.2010r.

Nr sprawy: ZP –78/10
L.dz. 666/10/ZP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Pytanie 1:

PAKIET 10 – włóknina sterylna. pozycja nr 1 – czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania włókninowej sterylnej serwety operacyjnej w rozmiarze 79 cm x 90 cm z otworem o średnicy Ø 10 cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego, nie jest to jednak wymaganiem Zamawiającego.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.