

Warszawa, dnia 02.08.2010r.

Nr sprawy: ZP-48/10
L.dz. 408 /10/ZP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie”.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Pytanie 1 - Do umowy. Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety, ale na wyraźny wniosek Wykonawcy wraz z ofertą.

Pytanie 2 – Do umowy. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 6, ust. 1 na zapis: „ Strony uzgadniają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminach określonych w §3, ust. 1-3, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1% nie dostarczonej części dostawy, za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 – Do umowy. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 6, ust.2 na zapis: „W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 - Pakiet 2, poz. 1, 2. Czy pod pojęciem „kranik trójdrożny z przedłużką i portem do podawania leków” Zamawiający ma na myśli dodatkowy port do podawania leków?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5 - Pakiet 2, poz. 1, 2. Czy kranik ma posiadać niezależnie obracającą się nakrętkę Luer Lock, trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę umożliwiającą pełną wizualizację przepływu oraz ułatwiającą użytkowanie ww. produktu ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6 - Pakiet 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w kształcie Ω z ramką z pianki poliuretanowej i okienkiem z folii PU, całkowicie izolujące miejsce wkłucia cewnika od środowiska zewnętrznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie 7 - Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozm. 25 G x 90 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 - Pakiet 5, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki zbrojonej jednorazowej ustnej z mankietem ze znacznikiem intubacji w postaci grubego pełnego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z opisem rozmiaru na korpusie rurki oraz łączniku ISO 15 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie 9 - Pakiet 5, poz. 4-5. Czy rurka odoskrzelowa ma być wyposażona w powlekaną prowadnicę ze stoperem, umożliwiającym blokadę prowadnicy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie 10 - Pakiet 5, poz. 4-5. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania rurek odoskrzelowych w rozm. 26, 28, 35, 37, 39, 41?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje zaofiarowania rurek odoskrzelowych w rozm. 26, 28, 35, 37, 39, 41.

Pytanie 11 - Pakiet 6, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych mechanicznych z wyodrębnionym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania $> 31 \text{ mg H}_2\text{O}$ przy $V_t 500 \text{ ml}$, utracie wilgoci $5,9 \text{ mg H}_2\text{O/l}$ przy $V_t 500 \text{ ml}$, wadze 53 g , sterylne, skuteczność filtracji bakterii $> 99,99999 \%$ oraz wirusów $> 99,9999 \%$.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie 12 - Pakiet 7, poz. 1-3. Czy nebulizator ma rozbijać cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio $2,7 \mu\text{m}$), co stanowi wielość najbardziej optymalną do wnikania do tchawicy i oskrzeli? Nadmieniamy, że cząsteczki o większym rozmiarze mogą osadzać się wyżej tzn. w okolicach gardła i krtani pacjenta przez co zmniejszać się może skuteczność podawania leku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nebulizator, który ma rozbijać cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio $2,7 \mu\text{m}$).

Pytanie 13 - Pakiet 7, poz. 1-3. Czy nebulizator ma pracować z taką samą wydajnością w każdej pozycji (0-90°)- antyprzelewowa konstrukcja o pojemności min. 6ml, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy nebulizator.

Pytanie 14 - Pakiet 8, poz. 2. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty oraz rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie 15 - Pakiet 10. Czy zestaw do zbierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego ma posiadać filtr anty-HIV, zapewniający pewne bezpieczeństwo dla pacjenta oraz personelu medycznego?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16 - Pakiet 14, poz. 1. Czy zestaw do konikotomii ma posiadać: Potrójne zabezpieczenie przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku obejmujące : atraumatyczną igłę - introduktor z ograniczonym tnącym ostrzem na szerokości 2 mm i rozszerzającym na szerokość 4 mm.

Potwierdzony klikaniem mechanizm cofający ostrze igły po osiągnięciu światła tchawicy oraz usuwalny ogranicznik głębokości wsunięcia kaniuli.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie 17 - Pakiet 15, poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych składającego się z dwóch rozciągliwych rur z łącznikiem Y bez portu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie 18 - Pakiet 15, poz. 2. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu oraz utworzenie osobnego pakietu. Państwa zgoda umożliwi nam złożyć ważną i konkurencyjną ofertę oraz rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19 - Pakiet 18, poz. 1. Czy Zamawiający ma na myśli system dostępu naczyniowego wielodniowy przeznaczony do stosowania do 100 aplikacji i przepływie 525 ml/ min, co jest określone w instrukcji użycia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 20 - Pakiet 18, poz. 1. Czy pod pojęciem „systemu dostępu naczyniowego przezroczystego” Zamawiający ma na myśli podzielną silikonową membranę osadzoną na przezroczystym, plastikowym konektorze?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21 - Pakiet 18, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza o dł. 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie 22 - Pakiet 22, poz. 1. Czy zestaw ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23 - Pakiet 22, poz. 1. Czy pod pojęciem „zestawu do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego” Zamawiający ma na myśli zintegrowany zestaw do pomiaru diurezy godzinowej z jednoczesną możliwością pomiaru ciśnienia śródbrzusznego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 24 - Pakiet 22, poz. 1. Czy zestaw ma posiadać bezigłowy port do pobierania próbek moczu w łączniku do cewnika Foley, zapobiegający przypadkowemu zakłuciu się igłą?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 25 – Pakiet nr 15 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga serwety sterylnej wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35/m² o wymiarach 80x80 cm z otworem okrągłym o średnicy 8 cm i przylepcem lub serwety sterylnej wykonanej z włókniny foliowanej wiskozowo-polietylenowej o gramaturze 59g/m², o wymiarach 90x80 cm z otworem 6x8cm i przylepcem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej serwety.

Pytanie 26 – Pakiet nr 25. Czy Zamawiający wymaga sterylny pokrowiec na aparaturę medyczną o wymiarach 80x80 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego pokrowca.

Pytanie 27 – Pakiet nr 5. Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 1 dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną bez prowadnicy, używaną wcześniej przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą rurkę intubacyjną.

Pytanie 28 – Pakiet nr 5. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 w pozycjach 1 i 2 poprzez sformułowanie „Mankiet Soft Seal lub podobnych właściwościach” miał na myśli mankiety o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mankiety o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.

Pytanie 29 - Pakiet nr 12. Czy Zamawiający w pakiecie 12 w pozycjach 2 i 3 wymaga wielorazowych przewodnic wykonanych z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie 30 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **pakiet 2** pozycji 3 i utworzy oddzielny pakiet ? Pozwoli to nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31 - Czy ze względu na obowiązujące standardy postępowania aseptycznego oraz dotyczące jałowej prezentacji sprzętu, Zamawiający wymaga, aby Zestawy do wprowadzania cewnika Svana-Ganza w **pakiecie 1** pozycja 3 były pakowane sterylnie na podwójnej tacce?

/ Wymóg taki pozwala zachować porządek w obrębie pola zabiegowego, umożliwia bezpieczne przełożenie sterylnego zestawu na sterylne pole zabiegowe w drugiej sterylnej tacce, zabezpieczając sprzęt przed przypadkową kontaminacją i jednocześnie pozwala na skuteczne zapobieganie zakażeniom odcewnikowym./

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32 - Czy w **pakiecie 18** pozycja 2 Zestawy do pomiaru krwawego ciśnienia z przetwornikiem Zamawiający będzie wymagał aby zbiornik wyrównawczy zestawów był wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 33 - Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 18** pozycja 1 zamknięty, bezigłowy, system dostępu naczyniowego z podzielną membraną silikonową o gładkiej powierzchni z końcówką luer-lock, przeznaczony do infuzji przerywanej i ciągłej, bez dodatkowych elementów w otworze przepływu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 34 – Paragraf 4 ust 4, 5. Prosimy o wykreślenie zapisów w paragrafie 4 ust 4, 5. Nasza firma nie wystawia faktury zbiorczej. Towar wraz z wz-ką i fakturą jest dostarczany do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższą zmianę wzoru umowy, pod warunkiem, że faktura będzie wystawiona z datą dostawy, a nie z datą złożenia zamówienia.

Pytanie 35 – Paragraf 4 ust 6. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: „Strony za dzień zapłaty określają dzień obciążenia rachunku Szpitala”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36 – Paragraf 5 ust 4-5, ust 8. Prosimy o wykreślenie zapisu w paragrafie 5 ust 4-5, ust 8.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Brak podstaw prawnych do usuwania powyższego zapisu.

Pytanie 37 – Paragraf 9 ust 1. Prosimy o wykreślenie zapisu w paragrafie 9 ust 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Brak podstaw prawnych do usuwania powyższego zapisu.

Pytanie 38 - Czy Zamawiający w **Pakiecie 1** – Wklucia do żył centralnych, wydzieli poz. 3 i 4 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 39 - Czy Zamawiający w **Pakiecie 7** –Nebulizatory w poz. 3 wymaga aby nebulizator z maską aerozolową posiadał przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy nebulizator.

Pytanie 40 - Czy Zamawiający **Pakiecie 16** – Obwody oddechowe wymaga aby zakres rozciągliwości w poz. 1 był od 42 cm-2 m?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 41 - Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 6** – Filtry oddechowe w poz. 1 filtr oddechowy intermolekularny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, bakteryjno – wirusowy do aparatów do znieczulenia ogólnego , z portem do kapnografii do stosowania do pacjentów wysoką objętością oddechową (VT powyżej 200ml) o wadze max do 40g . Przestrzeń martwa poniżej 65 ml, opór przepływu max. 2,2cm H₂O przy przepływie 60ml/min. Powierzchnia filtracyjna powyżej 3000cm² . Skuteczność filtracji dla bakterii min. 99,999 przezroczysty, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie 42 - Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 6** – Filtry oddechowe w poz. 2 filtr oddechowy intermolekularny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, bakteryjno-wirusowy z wyodrębnionym wymiennikiem ciepła i wilgoci dedykowany na OIT . Skuteczności filtracji bakterii oraz wirusów min. 99,999 % . Zapewniający pacjentowi wydajność nawilżania min. 32 mg H₂O/L (przy VT 500 ml) , utratę wilgotności : max 5 mg H₂O/L (przy VT 500ml) oraz wydajności wymiany ciepła min. 33st. C (VT 500ml) o wadze do 60 g. Przezroczysty , sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie 43 - Pakiet nr 5. - Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, z wyodrębnionym wymiennikiem ciepła i wilgoci zbudowanym z włókien poliestrowych, z objętością oddechową VT 150ml-1500ml, przestrzeń martwa 75ml, opór przepływu 2,9 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, powierzchnia filtracji 22,9 cm² , wydajność filtracji dla bakterii i wirusów min.99,999%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44 - Pakiet nr 5. - Pozycja 1. Czy nie zaszła pomyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia, gdyż Zamawiający wymaga filtra elektrostatycznego zaś szczegółowy opis parametrów wskazuje na filtr mechaniczny? Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra mechanicznego gdzie warstwę filtrującą stanowią włókna hydrofobowe z dodatkowo rozłożonym na włóknach ładunkiem elektrostatycznym, o przestrzeni martwej 71 ml i powierzchni filtracyjnej 215cm² , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45 - Pakiet nr 5. - Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z rozłożonym na włóknach hydrofobowych ładunkiem elektrostatycznym , z wyodrębnionym wymiennikiem ciepła i wilgoci zbudowanym z włókien poliestrowych i utratą wilgoci max. 7mg H₂O/L przy VT 500ml, o skuteczności filtracji bakterii i wirusów min 99,9999%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46 - Pakiet nr 5. - Pozycja 2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jaką ilość filtrów wymaga Zamawiający, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia widnieje liczba 2000 sztuk, zaś w kolumnie –ilość, widnieje mniejsza liczba – 1000 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1000 sztuk filtrów.

Pytanie 47 - Pakiet nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o oporności: 0,5l/s=0,95hPa; 1,0l/s=2,4hPa; 1,5l/s=4,0hPa i skuteczności filtracji dla bakterii min. 99,999%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie 48 - Pakiet nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o skuteczności filtracji dla bakterii min. 99,999% oraz zapewniający pacjentowi wydajność nawilżenia mi. 31,2mg H₂O/L (przy VT 500ml), spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie 49 - Pakiet nr 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 15ml z ustnikiem i z drenem tlenowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie 50 - Pakiet nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu płucnej zawierający wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia nakłucia klatki piersiowej:

- worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta, oraz zaworem spustowym.
- Dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4.8x6.8-40 cm dł.)

- Szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu.;
- Igła Veressa 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką;
- Strzykawką do aspiracji 60 ml z możliwością połączenia do trójdrożnego kraniku.

Skład surowcowy: PVC, PP, PE, ABS, PS, STAINLESS STEEL, PC, SYNTHETIC ISOPRENE.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie 51 - Pakiet nr 9 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw jednorazowego użytku przeznaczony do przez skórny dostęp do jamy opłucnej metodą Seldingera z drenem opłucnowym 14F/30cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie 52 - Dot. wzoru umowy. Par. 3 ust. 2.

Prosimy o zmianę terminu dostaw częściowych na maksymalnie 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 53 - Dot. wzoru umowy. par 4 ust. 4

Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących wystawiania faktury zbiorczej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższą zmianę wzoru umowy, pod warunkiem, że faktura będzie wystawiona z datą dostawy, a nie z datą złożenia zamówienia.

Pytanie 54 - Dot. wzoru umowy. par. 6 ust. 2

Prosimy o zmianę treści ww. paragrafu na następującą:

W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55 - Dot. wzoru umowy. par. 6 ust. 3

Prosimy o zmianę treści ww. paragrafu na następującą:

W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji i przyjęcia jej przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto towarów podlegających reklamacji za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w par. 5 ust. 3, w wymianie ich na towar wolny od wad.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56 - Pakiet nr 12 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga przewodnicy wielorazowej do trudnej intubacji o średnicy zewnętrznej 3,3 mm i 5,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. przewodnicę.

Pytanie 57 - Pakiet nr 12 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści przewodnicę wielorazową do wymiany rurki intubacyjnej z prostym końcem o długości 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. przewodnicę.

Pytanie 58 - Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do Par 2 ust 4 :

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,*
- istotnych zmian cen producenta.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie zmian postanowień umowy zgodnie z powyższą propozycją.

Pytanie 59 - Czy Zamawiający zgodzi zastąpić Par 4 następująco:

Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania sukcesywnie faktur każdorazowo po dostawie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższą zmianę wzoru umowy, pod warunkiem, że faktura będzie wystawiona z datą dostawy, a nie z datą złożenia zamówienia.

Pytanie 60 - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w Par 6 ust 2 z: „umowy” na: „niezrealizowanej części umowy” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Na skutek udzielenia odpowiedzi na powyższe zapytania, Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ w następujących pozycjach:

Pakiet nr 1, poz. 3 i 4 zostają wyłączone z Pakietu i włączone do Pakietu nr 1a o nazwie „Wkłucia do żył centralnych II”.

Pakiet nr 2 poz. 3 zostaje wyłączona z Pakietu i włączona do nowego Pakietu nr 2a o nazwie: „Cewniki do żyły głównej”.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 27 Pakietów (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety lub na całość zamówienia):

- Pakiet nr 1: Wkłucia do żył centralnych I.
- Pakiet nr 1a: Wkłucia do żył centralnych II.
- Pakiet nr 2: Wkłucia do żył obwodowych i kraniki z przedłużką.
- Pakiet nr 2a: Cewniki do żyły głównej.
- Pakiet nr 3: Sprzęt do znieczuleń przewodowych.
- Pakiet nr 4: Cewniki do hemodializy.
- Pakiet nr 5: Rurki intubacyjne, tracheotomijne, ustno-gardłowe.
- Pakiet nr 6: Filtry oddechowe.
- Pakiet nr 7: Nebulizatory.
- Pakiet nr 8: Zestawy do tracheotomii przez skórnej.
- Pakiet nr 9: Drenaż opłucnej.
- Pakiet nr 10: Pojemniki do zbierania popłuczyn oskrzelowych.
- Pakiet nr 11: Mocowania do rurek dotchawicznych.
- Pakiet nr 12: Prowadnice do rurek intubacyjnych.
- Pakiet nr 13: Rurki „T”.
- Pakiet nr 14: Zestawy do konikotomii.
- Pakiet nr 15: Sterylne serwety.
- Pakiet nr 16: Obwody oddechowe.
- Pakiet nr 17: Pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
- Pakiet nr 18: Koreczki i monitoring RR z portem do pobierania krwi.
- Pakiet nr 19: Sensor przepływu.
- Pakiet nr 20: Plastry terapeutyczne.
- Pakiet nr 21: Zestawy do Prismy Prismaflex.
- Pakiet nr 22: Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego.
- Pakiet nr 23: Filtry do ssaków.
- Pakiet nr 24: Kocyki ogrzewające.
- Pakiet nr 25: Pokrowce na aparaturę medyczną.

Formularze cenowe dla Pakietu 1 oraz Pakietu nr 2 oraz dodanego Pakietu 1a i Pakietu 2a dołączone są do niniejszego pisma.

Zmianie uległy również wysokości wadium dla Pakietów 1, 1a, 2 2a.

numer pakietu	nazwa	Wymagane wadium PLN
1	Wkłucia do żył centralnych I.	60,00
1a	Wkłucia do żył centralnych II.	240,00

2	Wkłucia do żył obwodowych i kraniki z przedłużką.	35,00
2a	Cewniki do żyły głównej.	15,00

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

Zgodnie z art. 12a ust. 2, 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych budynku D, pok. 10, w **dniu 25 sierpnia 2010r o godz. 10:15**.

Ponieważ dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z art. 38 ust. 4a Zamawiający przekaze Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie oraz umieści te informacje na stronie internetowej www.praski.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

DYREKTOR

Paweł Obermeyer

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 - Wkłucia do żył centralnych I

UWAGA!!! Wartość netto i brutto należy liczyć według formuły: „Ilość” x „Cena jednostkowa netto” = „Wartość netto”
 „Wartość netto” + „Podatek VAT” = „Wartość brutto”

Lp.	Podmiot zamówienia	Ilość [szt]	Cena jednostkowa netto [zł/szt]	Wartość zamówienia netto [zł]	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto [zł/szt]	Wartość zamówienia brutto [zł]	Producent + numer katalogowy + nazwa handlowa
1	Zestaw do wkłuc metodą Seldingera czterosiwiatłowy rozmiar 14 – 18G długość 15-20 cm z przezroczystymi przedłużeniami, prowadnica kaniula, elastyczna stalowa prowadnica, rozszerzało, zacisk na przewody, koreczki na końcówki, dodatkowy zacisk mocujący. Zestaw przystosowany do kontroli położenia końcówki cewnika za pomocą RTG.	50						
2	Zestaw do wkłuc tętnic udowej metodą Seldingera jednokanałowy 17 -22G długości około 16 – 22cm. Zestaw zawiera cewnik ze skrzydełkami do mocowania, przedłużacz z zaciskiem, prowadnik , igła punkcyjna	50						
RAZEM								

UWAGA!!! Wartość netto i brutto należy liczyć według formuły: „Ilość” x „Cena jednostkowa netto” = „Wartość netto”
 „Wartość netto” + „Podatek VAT” = „Wartość brutto”

.....
 Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1a - Wkłucia do żył centralnych II

UWAGA!!! Wartość netto i brutto należy liczyć według formuły: „Ilość” x „Cena jednostkowa netto” = „Wartość netto”
 „Wartość netto” + „Podatek VAT” = „Wartość brutto”

Lp.	Podmiot zamówienia	Ilość [szt]	Cena jednostkowa netto [zł/szt]	Wartość zamówienia netto [zł]	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto [zł/szt]	Wartość zamówienia brutto [zł]	Producent + numer katalogowy + nazwa handlowa
1	Zestaw do wprowadzania cewnika Svana - Ganza 8Fr zawiera: zastawkę hemostatyczną z adapterem umożliwiającym bezpieczne umieszczenie cewnika Svana-Ganza, prowadnicę Selingera, prowadnicę igłową, osłonkę zabezpieczającą cewnik, dodatkowy port do podawania leków, kranik, skalpel	120						
2	Cewnik Termodylucyjny Svana-Ganza 7Fr około 110 mm czteroświatłowy, heparynizowany, posiadający znacznik głębokości, atraumatyczna końcówka, gniazdo zespolonego czujnika temperatury iniektatu oraz strzykawka	50						
RAZEM								

UWAGA!!! Wartość netto i brutto należy liczyć według formuły: „Ilość” x „Cena jednostkowa netto” = „Wartość netto”
 „Wartość netto” + „Podatek VAT” = „Wartość brutto”

.....
Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 – Wkłucia do żył obwodowych i kraniki z przedłużką

Lp.	Podmiot zamówienia	Ilość [szt]	Cena jednostkowa netto [zł/szt]	Wartość zamówienia netto [zł]	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto [zł/szt]	Wartość zamówienia brutto [zł]	Producent + numer katalogowy + nazwa handlowa
1	Kranik trójdrożny z przedłużką 100cm i port do podawania leków	300						
2	Kranik trójdrożny z przedłużką 50cm i port do podawania leków	300						
3	Nieinwazyjny system mocowania cewników linii, przewodów sond średnicy 3-8mm posiadającą zabezpieczenie dwuwarstwowe z rzepem, hiperalergiczny, sterylny	200						
	RAZEM							

UWAGA!!! Wartość netto i brutto należy liczyć według formuły: „Ilość” x „Cena jednostkowa netto” = „Wartość netto”
 „Wartość netto” + „Podatek VAT” = „Wartość brutto”

.....
 Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2a – Cewniki do żyły głównej

Lp.	Podmiot zamówienia	Ilość [szt]	Cena jednostkowa netto [zł/szt]	Wartość zamówienia netto [zł]	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto [zł/szt]	Wartość zamówienia brutto [zł]	Producent + numer katalogowy + nazwa handlowa
1	Cewnik dł 32-45 cm 16-18G jednoświatłowy do żyły głównej zakładany przez kaniulę rozdzielana i płytką mocującą	50						
	RAZEM							

UWAGA!!! Wartość netto i brutto należy liczyć według formuły: „Ilość” x „Cena jednostkowa netto” = „Wartość netto”
„Wartość netto” + „Podatek VAT” = „Wartość brutto”

.....
Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.