

Nr sprawy: ZP – 11/11  
L.dz. 88.../11/ZP

Warszawa, dnia 04.03.2011r.

## **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę automatycznego analizatora do monitorowania stężenia leków oraz substancji uzależniających oraz dostawa odczynników i akcesoriów do w/w analizatora do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”*

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednostopniowych testów kasetkowych dla narkotyków jako backup do testów wykonywanych na analizatorze? Jeśli tak to prosimy o podanie do jakich narkotyków i w jakich ilościach?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania jednostopniowych testów kasetkowych dla narkotyków jako backup do testów wykonywanych na analizatorze. Testy kasetkowe, testy wykonywane na analizatorze i analizator muszą pochodzić od jednego producenta.

Wymagane są następujące jednostopniowe testy kasetkowe:

1. Opiaty – 200szt.
2. Amfetamina-150szt.
3. Metametamina- 150szt.
4. Kokaina-150szt.
5. Cannabinole-200szt.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści analizator umożliwiający zaprogramowanie wszystkich parametrów z Załącznika 2.1. z możliwością równoczesnego oznaczania : wszystkich parametrów w surowicy lub wszystkich parametrów w moczu ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści analizator umożliwiający zaprogramowanie parametrów z Zał. 2.1. w surowicy lub zaprogramowanie parametrów z Zał. 2.1. w moczu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

Z-ca DYREKTORA  
ds. Inwestycyjno-Administracyjnych

  
Maria Borowska