

Warszawa, dnia 03.08.2010.

ZP-59/10
L.dz. 426/10/ZP

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia do nowo wybudowanego budynku szpitalnego A-2 w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie” - znak sprawy ZP-59/10.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu nr 4. Czy zamawiający dopuszcza aby w miejsce wózka z dwoma kółkami, blokadą i koszykiem na kołdry - urządzenie wyposażone było w stojak jezdny z pięcioma kółkami, umożliwiając zamocowanie dodatkowych urządzeń oraz worków z płynami do infuzji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 2: Dotyczy Pakietu nr 4. Czy ze względu na zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pacjenta – zamawiający będzie wymagał aby urządzenie wyposażone było w filtr HEPA 0,2µm? Filtry HEPA 0,2µm są obecnie standardem w medycynie (w podobnych urządzeniach) i pozwalają na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa. Niezależne badania kliniczne dowodzą wręcz, że zastosowanie ogrzewacza konwekcyjnego z takim filtrem zmniejsza ryzyko infekcji świeżych ran a tym samym przyspiesza ich gojenie się

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu nr 4. Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające zakres programowanych temperatur (temp. otoczenia, 36°C, 40°C, 44°C) w którym ustawiona temperatura jest rzeczywistą temp. powietrza w kocyku dzięki zastosowaniu czujnika temperatury (sterującego pracą grzałki) na końcu rury doprowadzającej powietrze?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie 4: Dotyczy Pakietu nr 4. Czy zamawiający dopuści urządzenie którego producent w specyfikacji technicznej nie podaje prędkości przepływu powietrza a jedynie jego prędkość wylotową (do 9m/s). Podany parametr 1500 l/min jest charakterystyczny dla urządzenia Nellcor. Po przeliczeniu prędkości wylotowej powietrza w urządzeniu Nellcor – parametr ten jest bardzo zbliżony do proponowanych 9m/s.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie 5: Dotyczy Pakietu nr 4. Czy zamawiający dopuści do przetargu ogrzewacz, w którym zamiast licznika przepracowanych godzin, producent określił inny sposób ustalania częstotliwości przeglądów technicznych? W proponowanym urządzeniu, ze względu na zastosowany filtr, wymagany jest przegląd co 12 miesięcy, niezależnie od ilości przepracowanych godzin?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie 6: Dotyczy Pakietu nr 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane z wysokiej trwałości tworzywa sztucznego połączonego ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet nr 5 składa się z 14 pozycji, powyższe pytanie może dotyczyć każdej z nich, a Zamawiający nie planuje zmieniać opisu przedmiotu zamówienia w zakresie całego Pakietu. Prosimy o precyzyjne zadawanie pytań do postępowania.

Pytanie 7: Dotyczy Pakietu nr 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające izolacyjnego materiału wewnętrznego ani rękawa termo izolującego jeżeli budowa i zasada działania nie wymaga użycia takich materiałów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet nr 5 składa się z 14 pozycji, powyższe pytanie może dotyczyć każdej z nich, a Zamawiający nie planuje zmieniać opisu przedmiotu zamówienia w zakresie całego Pakietu. Prosimy o precyzyjne zadawanie pytań do postępowania.

Pytanie 8: Dotyczy Pakietu nr 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie zasilane z napięcia 220V, (bez możliwości zasilania z 12V), wyposażonego w dwa mankiety mieszczące worki 11?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet nr 5 składa się z 14 pozycji, powyższe pytanie może dotyczyć każdej z nich, a Zamawiający nie planuje zmieniać opisu przedmiotu zamówienia w zakresie całego Pakietu. Prosimy o precyzyjne zadawanie pytań do postępowania.

Pytanie 9: Dotyczy Pakietu nr 5. Czy w celu zapewnienia większej wygody pracy i stałej prędkości przepływu płynu - Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenie wyposażone było w automatyczne mankiety ciśnieniowe, podtrzymujące ciśnienie 300mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet nr 5 składa się z 14 pozycji, powyższe pytanie może dotyczyć każdej z nich, a Zamawiający nie planuje zmieniać opisu przedmiotu zamówienia w zakresie całego Pakietu. Prosimy o precyzyjne zadawanie pytań do postępowania.

Pytanie 10: Dotyczy Pakietu nr 5. Czy ze względu na zwiększenie efektywności urządzenia w walce z hipotermią - Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenie pozwalało na bezpieczne podgrzewanie przetaczanej krwi do temperatury powyżej 40°C?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet nr 5 składa się z 14 pozycji, powyższe pytanie może dotyczyć każdej z nich, a Zamawiający nie planuje zmieniać opisu przedmiotu zamówienia w zakresie całego Pakietu. Prosimy o precyzyjne zadawanie pytań do postępowania.

Pytanie 11: Dotyczy Pakietu nr 5. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert – Zamawiający wyłączy pozycję „Aparat do szybkiego toczenia z ogrzewaniem” z pakietu 5 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet nr 5 składa się z 14 pozycji, powyższe pytanie może dotyczyć każdej z nich, a Zamawiający nie planuje zmieniać opisu przedmiotu zamówienia w zakresie całego Pakietu. Prosimy o precyzyjne zadawanie pytań do postępowania.

Pytanie 12: Dotyczy PAKIET 6: LARYNGOSKOPY. Punkt 3: Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości rękojeść laryngoskopową wyposażoną w żarówkę halogenowo-ksenonową? Oświetlenie halogenowo-ksenonowe charakteryzuje się wysoką temperaturą i jakością światła.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13: Dotyczy Pakietu nr 7. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 mógłby sprecyzować wyposażenie urządzenia? Podanie ilości niezbędnych mankietów uciskowych umożliwi kalkulację ceny zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 100 mankietów uciskowych.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższych odpowiedzi podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

DYREKTOR

Paweł Obermeyer