

Warszawa, dnia 17.08.2010.

ZP-58/10
L.dz. 467 /10/ZP

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę narzędzi chirurgicznych oraz aparatury medycznej do nowo wybudowanego budynku szpitalnego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie” - znak sprawy ZP-58/10.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Dot. pakietu nr 10

Pytanie 1: dot. gastrofiberoskopu z oprzyrządowaniem – pkt. 10 i 11

Czy ze względu na fakt, że podane parametry są charakterystyczne dla procesora, Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ich z opisu gastrofiberoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2: dot. gastrofiberoskopu z oprzyrządowaniem – pkt. 12

Czy Zamawiający zrezygnuje z dodatkowego kanału do spłukiwania pola roboczego? Wymagany kanał roboczy sugeruje, że oferowany gastroskop ma być endoskopem diagnostycznym, natomiast dodatkowy kanał do spłukiwania charakterystyczny jest dla gastroskopów zabiegowych.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dodatkowego kanału do spłukiwania pola roboczego.

Pytanie 3: dot. gastrofiberoskopu z oprzyrządowaniem – pkt. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił do 48 godz. w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Dot. pakietu nr 11

Pytanie 4: dot. wideokolonoskopu z oprzyrządowaniem – pkt. 13 i 14

Czy ze względu na fakt, że podane parametry są charakterystyczne dla procesora, Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ich z opisu wideokolonoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5: dot. wideokolonoskopu z oprzyrządowaniem

Czy Zamawiający wymaga, aby sonda endoskopu miała regulowaną sztywność?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza sondę endoskopu z regulowaną sztywnością.

Pytanie 6: dot. wideokolonoskopu z oprzyrządowaniem – pkt. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił do 48 godz. w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. pakietu nr 10 i 11

Pytanie 7: Czy ze względu na fakt, że oferowany sprzęt będzie sprowadzany od producenta dopiero po podpisaniu umowy, Zamawiający zrezygnuje z konieczności podawania numerów seryjnych urządzeń w ofercie przetargowej. Na etapie postępowania numery te nie są znane Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z podawania numeru seryjnego urządzenia w ofercie przetargowej, jednak wymaga podania tego numeru w protokole odbioru.

Dot. pakietu nr 9

Pytanie 8: Dotyczy Załącznik nr 3.9 do SIWZ – Urządzenia endoskopowe, 1. Bronchofiberoskop mobilny z oprzyrządowaniem i Laryngofiberoskop, pkt. 17-Tor wizyjny z kamerą cyfrową - 2szt.

Czy Zamawiający dopuści tor wizyjny z kamerą cyfrową do bronchofiberoskopu mobilnego z oprzyrządowaniem w ilości 1szt. oraz tor wizyjny z kamerą cyfrową do laryngofiberoskopu w ilości 1szt., łącznie 2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tor wizyjny z kamerą cyfrową do bronchofiberoskopu mobilnego z oprzyrządowaniem w ilości 1szt. oraz tor wizyjny z kamerą cyfrową do laryngofiberoskopu w ilości 1szt., łącznie 2 sztuki.

Dot. projektu umowy

Pytanie 9: Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„dokonania bezpłatnej naprawy gwarancyjnej zgłoszonej przez Zamawiającego (...)” ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10: Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu gwarancji ponad podstawowy w przypadku awarii urządzenia w okresie gwarancji o ile naprawa trwała dłużej niż 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2 pkt. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,2% do 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. warunków gwarancji

Pytanie 14: Dotyczy warunków gwarancji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych z 10lat do 8 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. parametrów wymaganych

Pytanie 15: Dotyczy parametrów wymaganych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku awarii trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (w okresie gwarancji) którejkolwiek z części składowych oferowanego zestawu oferent jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego.” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16: Dotyczy parametrów wymaganych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„ W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, nie przekształca się w spółkę prawa handlowego oraz nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający załącza do niniejszego pisma modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 11.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

DYREKTOR

Paweł Obermeyer

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 10 – Urządzenia endoskopowe II.

Gastrofiberoskop z oprzyrządowaniem – łącznie 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:.....
 Typ: Model:..... Rok produkcji:.....
 Producent:..... numer seryjny:.....
 Kraj pochodzenia:Certyfikaty CE
 Oferent:.....klasa urządzenia

| L.p. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | Pełna zanurzalność endoskopu | TAK | |
| 2. | Średnica kanału roboczego – 2,8 mm | TAK | |
| 3. | Średnica zewnętrzna wziernika - Max 9,5 mm | TAK | |
| 4. | Przetwornik CCD – Kolor | TAK | |
| 5. | Kąt obserwacji – Min 140° | TAK | |
| 6. | Długość robocza sondy min.1020 mm | TAK | |
| 7. | Głębokość ostrości 3-100 mm | TAK | |
| 8. | Programowalne min 4 przyciski sterujące głowicy endoskopu | TAK | |
| 9. | Pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu CV -180 oraz CLV -180 | TAK | |
| 10. | Wyostrenie obrazu minimum 3 stopnie | TAK | |
| 11. | Funkcja zatrzymania obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym (PIP) | TAK | |
| 12. | Dodatkowy kanał do sflukiwania pola roboczego (Water Jet) | TAK | |
| 13. | Elektryczna pompa do sflukiwania pola widzenia | TAK | |
| 14. | Wyposażenie standardowe do mycia i dezynfekcji (szczoteczki, komplet zaworów – 1 szt.) | TAK | |
| 15. | Elektryczny ssak mały do 2 litrów – 1 szt. | TAK | |
| 16. | Kleszcze biopsyjne 4 szt. | TAK | |
| 17. | Igły do obliteracji – 10 szt. | TAK | |
| 18. | Standardowe klipsy 7,5 mm, kąt rozwarcia 35° | TAK | |
| 19. | Deklaracja CE | TAK | |
| 20. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK | |
| 21. | Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta | Podać | |
| 22. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny | |
| 23. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK | |
| 24. | Podać częstotliwość przeglądów w ciągu roku. | TAK podać koszt przeglądu. | |
| 25. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni (w okresie gwarancji) którejkolwiek z części składowych oferowanego zestawu oferent jest zobowiązany do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego | TAK | |
| 26. | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatu trwające dłużej niż 2 dni oferent zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii | TAK | |
| 27. | Po zakończeniu okresu gwarancji oferent zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe | TAK | |
| 28. | Od oferenta wymaga się zainstalowania dostarczonego urządzenia i przeszkolenie personelu medycznego w zakresie jego pełnej obsługi na koszt dostawcy | TAK | |

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 11 – Videokolonoskop.

1. Videokolonoskop z oprzyrządowaniem – łącznie 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:.....
 Typ: Model:..... Rok produkcji:.....
 Producent:..... numer seryjny:.....
 Kraj pochodzenia:Certyfikaty CE
 Oferent:.....klasa urządzenia

| L.p. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | Średnica kanału roboczego – min. 3,7 mm | TAK | |
| 2. | Pełna zanurzalność endoskopu | TAK | |
| 3. | Średnica zewnętrzna wziernika - max 13,2 mm | TAK | |
| 4. | Przetwornik CCD – Kolor | TAK | |
| 5. | Długość robocza sondy min.1500 mm | TAK | |
| 6. | Kąt obserwacji – min 140° | TAK | |
| 7. | Głębina ostrości 3-100 mm | TAK | |
| 8. | Programowalne min 4 przyciski sterujące głowicy endoskopu | TAK | |
| 9. | Pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu CV – 180 lub EPK1000 | TAK | |
| 10. | Elektryczna pompa do spłukiwania pola widzenia | TAK | |
| 11. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola roboczego (Water-Jet) | TAK | |
| 12. | Kąt wygięć końcówki: min góra: 180 dół: 180 lewo: 160 prawo: 160 | TAK | |
| 13. | Wyostrenie obrazu w min 3 stopniach | TAK | |
| 14. | Funkcja zatrzymania obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym (PIP) | TAK | |
| 15. | Kleszcze biopsyjne 4 szt. | TAK | |
| 16. | Pętla do usuwania polipów 4 szt. | TAK | |
| 17. | Wyposażenie standardowe do mycia i dezynfekcji (szczoteczki, komplet zaworów – 1 szt.) | TAK | |
| 18. | Elektryczny ssak mały do 2 litrów – 1 szt. | TAK | |
| 19. | Deklaracja CE | TAK | |
| 20. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK | |
| 21. | Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta | Podać | |
| 22. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny | |
| 23. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK | |
| 24. | Podać częstotliwość przeglądów w ciągu roku. | TAK podać koszt przeglądu. | |
| 25. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni (w okresie gwarancji) którejkolwiek z części składowych oferowanego zestawu oferent jest zobowiązany do | TAK | |

| L.p. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego | | |
| 26. | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatu trwające dłuższej niż 2 dni oferent zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii | TAK | |
| 27. | Po zakończeniu okresu gwarancji oferent zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe | TAK | |
| 28. | Od oferenta wymaga się zainstalowania dostarczonego urządzenia i przeszkolenie personelu medycznego w zakresie jego pełnej obsługi na koszt dostawcy | TAK | |