

Warszawa, dnia 09.07.2010r.

Nr sprawy: ZP – 50/10
L.dz. 366 /10/ZP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym okres przydatności odczynników od daty otrzymania wynosi 3 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla odczynników okres przydatności do stosowania minimum 3 miesiące od daty dostawy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

DYREKTOR

Paweł Obermeyer