

Warszawa, dnia 04.10.2010r.

Nr sprawy: ZP – 72/10
L.dz. 411/10/ZP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę szwów chirurgicznych oraz jednorazowych narzędzi do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Pytanie 1: Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłaniające, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, 100% kwas poliglikolowy, okres podtrzymywania i całkowitej absorpcji zgodny z opisem w specyfikacji (19-25% po 28 dniach, ok. 60-70% po 14 dniach, czas absorpcji 60-90 dni)?

Zaproponowane nici zapewniają te same właściwości a co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych szwów.

Pytanie 2: Dot. Pakietu 1, poz. 17, 29

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą przyostrzoną, z trzema krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższej igły.

Pytanie 3: Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłaniające, plecione, mieszanina 90% kwasu poliglikolowego i 10% kwasu polimlekowego, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, okres podtrzymywania 28-35 dni, zdolność podtrzymywania po 14 dniach około 75%, po 21 dniach około 50%, okres całkowitej absorpcji zgodnie z opisem w specyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych szwów.

Pytanie 4: Dot. Pakietu 2, poz. 10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5: Dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłaniające, plecionka z kwasu poliglikolowego, powlekane, okres podtrzymywania po 7 dniach około 65%, po 8-11 dniach około 50%, okres całkowitej absorpcji około 42 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych szwów.

Pytanie 6: *Dot. Pakietu 5, poz. 2*

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7: *Dot. Pakietu 6, poz. 16, 17*

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu bądź dopuści szwy jak w poz. 1-15?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8: *Dot. Pakietu 6, poz. 17*

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą przyostrzoną, z trzema krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższej igły.

Pytanie 9: *Dot. Pakietu 7, poz. 1-4, 6*

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą przyostrzoną, z trzema krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższej igły.

Pytanie 10: *Dot. Pakietu 9, poz. 1, 2*

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, kosmetyczną, bez określenia „z mikroostrzem”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższej igły.

Pytanie 11: *Dot. Pakietu 12*

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowy, wchłaniające, okres podtrzymywania po 57 dniach około 40%, okres całkowitej absorpcji 180-210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych szwów.

Pytanie 12: *Dot. Pakietu 10*

Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 93g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych siatek.

Pytanie 13: *Dot. Pakietu 10*

Czy Zamawiający wyłączy punkt 3 z wyżej wymienionego Pakietu i utworzy nowy Pakiet, pozwoli to zwiększyć konkurencyjność oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14: *Dot. Pakietu 14*

Czy Zamawiający dopuści 10 szt. jednorazowych zestawów do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet i zaburzeń statyki dna miednicy do uretopeksji, materiał: polipropylen, monofilament, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45cm, szerokości 1,1cm, porowatości max 1870µm, grubości taśmy 0,33mm i gramaturze 48 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych zestawów.

Pytanie 15: *Dot. Pakietu 14*

Czy Zamawiający dopuści 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, długość igły 26,5 cm (w tym igła 16,5 cm, rączka 10 cm), do implantacji przez otwór zasłonowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, długość igły 26,5 cm (w tym igła 16,5 cm, rączka 10 cm), do implantacji przez otwór zasłonowy.

Pytanie 16: *Dot. Pakietu 2*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szwy chirurgiczne, syntetyczne o zdolności podtrzymywania tkankowego:

- 75% po 14 dniach
- 50% po 21 dniach
z zachowaniem pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych szwów.

Pytanie 17: Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 1 podwiązkę bez rolki, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 1 podwiązkę bez rolki, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 18: Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 2 igłę okrągłą rozwarstwiającą, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 2 igłę okrągłą rozwarstwiającą, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 19: Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycjach nr 3, 7, 11, 18 podwiązki o długości 250 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20: Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 4 długość igły 26 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 4 długość igły 26 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 21: Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 5 igłę okrągłą rozwarstwiającą, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 5 igłę okrągłą rozwarstwiającą, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 22: Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 6 igłę okrągłą rozwarstwiającą, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 6 igłę okrągłą rozwarstwiającą, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 23: Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 8 igłę okrągło-tnącą, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24: Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 9 długość nici 75 cm barwionej na fioletowo, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 9 długość nici 75 cm barwionej na fioletowo, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 25: Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 12 igłę okrągłą wzmocnioną o długości 31 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 12 igłę okrągłą wzmocnioną o długości 31 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 26: *Dot. Pakietu 2*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 13 igłę okrągłą wzmocnioną rozwarstwiającą o długości 36 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 13 igłę okrągłą wzmocnioną rozwarstwiającą o długości 36 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 27: *Dot. Pakietu 2*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 15 długość igły 36 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 15 długość igły 36 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 28: *Dot. Pakietu 2*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 16 igłę okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 16 igłę okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 29: *Dot. Pakietu 2*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 17 igłę okrągłą rozwarstwiającą, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 17 igłę okrągłą rozwarstwiającą, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 30: *Dot. Pakietu 3*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szew chirurgiczny, syntetyczny, plecionkę, wykonaną z poliglaktyny 910 (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), pokrytego mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (w proporcjach 1:1), z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych szwów.

Pytanie 31: *Dot. Pakietu 3*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 1 igłę okrągłą rozwarstwiającą, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 1 igłę okrągłą rozwarstwiającą, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 32: *Dot. Pakietu 3*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 2 igłę okrągłą rozwarstwiającą oraz długość nici 70 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 2 igłę okrągłą rozwarstwiającą oraz długość nici 70 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 33: *Dot. Pakietu 3*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 3 długość podwiązki 150 cm bez rolki, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 3 długość podwiązki 150 cm bez rolki, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 34: *Dot. Pakietu 3*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 4 igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 22 mm oraz długość szwu 70 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 4 igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 22 mm oraz długość szwu 70 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 35: *Dot. Pakietu 3*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 5 szew w odcinkach o długości 3x45 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36: *Dot. Pakietu 3*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 7 igłę okrągło-tnącą typu TAPERCUT, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37: *Dot. Pakietu 3*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 7 igłę okrągłą wzmocnioną rozwarstwiającą oraz długość nici 70 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38: *Dot. Pakietu 3*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 8 igłę okrągło-tnącą z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39: *Dot. Pakietu 3*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 9 szew w odcinkach 2 x 70 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40: *Dot. Pakietu 3*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 10 igłę okrągło-tnącą o długości 36 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41: *Dot. Pakietu 3*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 11 igłę okrągło-tnącą o długości 45 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42: *Dot. Pakietu 6*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 1 długość igły 13 mm, długość nici 45 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 1 długość igły 13 mm, długość nici 45 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 43: *Dot. Pakietu 6*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 2 igłę okrągłą podwójną oraz długość nici 90 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 2 igłę okrągłą podwójną oraz długość nici 90 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 44: *Dot. Pakietu 6*

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycjach nr 3 i 4 igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 20 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycjach nr 3 i 4 igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 20 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 45: Dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 5 długość igły 31 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 5 długość igły 31 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 46: Dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 6 igłę okrągłą wzmocnioną, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 6 igłę okrągłą wzmocnioną, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 47: Dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 7 igłę okrągło-tnącą wzmocnioną o długości 36 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 7 igłę okrągło-tnącą wzmocnioną o długości 36 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 48: Dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 8, 9 i 10 igłę okrągło-tnącą o długości 36 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 8, 9 i 10 igłę okrągło-tnącą o długości 36 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 49: Dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycjach nr 11, 12, 13,14, 15, 16 igłę okrągło-wzmocnioną, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycjach nr 11, 12, 13,14, 15, 16 igłę okrągło-wzmocnioną, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 50: Dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 17 igłę okrągło-tnącą wzmocnioną na pętli o długości 240 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 17 igłę okrągło-tnącą wzmocnioną na pętli o długości 240 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 51: Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 1 i 2 igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną II generacji, dwuwkłęśłą z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 1 i 2 igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną II generacji, dwuwkłęśłą z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 52: Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 3 igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną II generacji, dwuwkłęśłą o długości 25 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 3 igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną II generacji, dwuwkłęśłą o długości 25 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 53: Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 5 długość nici 75 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 5 długość nici 75 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 54: Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycjach 9 i 10 długość igły 26 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycjach 9 i 10 długość igły 26 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 55: Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycjach nr 11 igłę konwencjonalnie tnącą o długości 40 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56: Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycjach nr 12 igłę konwencjonalnie tnącą, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57: Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 13 długość igły 55 mm oraz długość nici 100 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 13 długość igły 55 mm oraz długość nici 100 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 58: Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycjach nr 14 długość długość igły 36 mm oraz długość nici 75 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycjach nr 14 długość długość igły 36 mm oraz długość nici 75 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 59: Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycjach nr 15, 16, 18 igłę konwencjonalnie tnącą, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60: Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 17 igłę okrągłą wzmocnioną, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 17 igłę okrągłą wzmocnioną, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 61: Dot. Pakietu 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do postępowania przetargowego system o parametrach równych lub lepszych niż wymieniony w SIWZ? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

System sterylny, całkowicie jednorazowy do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, implantowany metodą przez otwory zasłonowe od zewnątrz do środka, składający się z:

- taśmy polipropylenowej monofilamentowej o długości 50 cm, szerokości 1,1 cm, zawierającej przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu; taśma osłonięta foliową, sterylną koszulką, oraz zaopatrzona na końcach w jednorazowe złącza służące do połączenia z igłami;

dwóch igieł jednorazowych o kształcie heliakalnym (spiralnym), o średnicy ostrza 3mm z atraumatycznym zakończeniem, ułatwiającym bezpieczne przeprowadzenie przez otwory zasłonowe;

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższego systemu.

Pytanie 62: Dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-4,6 igłę o trzech krawędziach tnących (o zakończeniu krótkim tnącym) w miejsce igły o czterech krawędziach tnących?

Długość igieł i parametry nitki zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w poz. 1-4,6 igłę o trzech krawędziach tnących (o zakończeniu krótkim tnącym) w miejsce igły o czterech krawędziach tnących.

Pytanie 63: Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 13 podwiązkę 1x150 cm w miejsce 2x150 cm?

Oferent przeliczy ilość szaszetek. Parametry nitki zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w poz. 13 podwiązkę 1x150 cm w miejsce 2x150 cm.

Pytanie 64: Dot. Pakietu 10 poz.2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozwoli na złożenie oferty w pozycji nr 2 na siatki o wymiarach 8x13 cm lub dopuści tolerancję w rozmiarze (+, - 10%)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 65: Dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na siatki polipropylenowe, monofilamentowe o gramaturze 85g/m³:

- w poz. nr 1 i 2 rozmiar makropodów 0,59 mm² ?

- w poz. nr 3 rozmiar makropodów 3,30 mm² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na siatki o powyższych parametrach.

Pytanie 66: Dot. Pakietu 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie taśm urologicznych do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet metodami TVT i TOT o następujących parametrach:

- taśma monofilamentowe, polipropylenowa

- taśma o długości 60 cm

- taśma o szerokości 1 cm

- bezpiecznych i atraumatycznych brzegach

- taśma zakładana przy użyciu narzędzi wielokrotnego użycia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych taśm urologicznych.

Pytanie 67: Dot. Projektu umowy. Paragraf 4 ust. 2

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

„Każdorazowa dostawa przedmiotu umowy dokumentowana będzie dowodem WZ, wystawionym w sposób umożliwiający pełną identyfikację pod względem ilościowym i jakościowym przedmiotu umowy, dokonywaną przez Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 68: Dot. Projektu umowy. Paragraf 4 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 69: Dot. Projektu umowy. Paragraf 4 ust. 5

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

„Faktura zostanie wystawiona i dostarczona wraz z towarem”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 70: Dot. Projekt umowy. Paragraf 4 ust. 6

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Strony za dzień zapłaty określają datę uznania rachunku bankowego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zapłaty liczony jest od dnia otrzymania faktury, a nie od daty złożenia zamówienia.

Pytanie 71: Dot. Projekt umowy. Paragraf 5 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72: Dot. Projekt umowy. Paragraf 5 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73: Dot. Projekt umowy. Paragraf 5 ust. 8

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74: Dot. Projekt umowy. Paragraf 5 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75: Dot. Projekt umowy. Paragraf 6 ust. 1

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Strony uzgadniają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminach określonych w § 3 ust. 1-3, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76: Dot. Projekt umowy. Paragraf 8 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77: Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycja 10 podwiązkę 2x150 cm lub podwiązkę 100 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 pozycja 10 podwiązkę 2x150 cm lub podwiązkę 100 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 78: Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 pozycja 15 podwiązkę o długości 2x150 cm lub podwiązkę o długości 100 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 pozycja 15 podwiązkę o długości 2x150 cm lub podwiązkę o długości 100 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 79: Dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 pozycja 2 igłę 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 pozycja 2 igłę 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 80: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści jako produkt równoważny w Pakiecie nr 13 szew wchłaniający o czasie całkowitej absorpcji 50-80 dni o zdolności podtrzymywania tkanek 28-35 dni?. Pozostałe parametry bez zmian.

UZASADNIENIE: Jest to produkt tej samej jakości co opisywany przez Państwa w SWIZ mający to samo przeznaczenie, może być stosowany wszędzie tam gdzie preferowany przez Państwa szew.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych szwów.

Pytanie 81: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 13 poz.1 również długość nici 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych nici.

Pytanie 82: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 13 poz.4 również długość nici 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych nici.

Pytanie 83: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 13 poz.5 również długość nici 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższych nici.

Pytanie 84: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 13 poz.6 również długość igły 70mm oraz długość nici 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 poz.6 również długość igły 70mm oraz długość nici 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 85: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 9 poz.3 również wielkość igły 19mm, pozostałe parametry bez zmian?

UZASADNIENIE: Według naszej najlepszej wiedzy wielkość igły jest zdecydowanie zbyt duża w stosunku do grubości nici. Powoduje to bezużyteczność takiego zestawu szewnego za wyjątkiem bardzo specjalistycznych zastosowań. Poza tym tego typu zestaw szewny znajduje się w ofercie tylko jednego producenta/dystrybutora, co w połączeniu z wymogiem złożenia próbek na każdą pozycję praktycznie uniemożliwia uczciwą konkurencję w całym pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz.3 również wielkość igły 19mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 86: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 9 tolerancję wielkości igły +/- 1mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 tolerancję wielkości igły +/- 1mm.

Pytanie 87: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 9 również długość nici 90cm wszędzie tam, gdzie wielkość igły przekracza 19mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 9 również długość nici 90cm wszędzie tam, gdzie wielkość igły przekracza 19mm.

Pytanie 88: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 9 poz.11 długość nici 75cm?

UZASADNIENIE: W wypadku takiego zestawu według naszej najlepszej wiedzy najbardziej użyteczna jest nić o długości co najmniej 75cm, często używa się takim wypadku również nici 90cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 9 poz.11 długość nici 75cm.

Pytanie 89: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 9 poz.12 i 17?

UZASADNIENIE: Są to bardzo specjalistyczne zestawy, zamawiane w niewielkiej ilości. Ponadto znajdują się w ofercie tylko jednego producenta/dystrybutora co praktycznie uniemożliwia uczciwą konkurencję w całym pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90: Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści szew z kwasu poliglikolowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z kwasu poliglikolowego.

Pytanie 91: Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podwiązkę bez rolki o dł. 150 cm z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki bez rolki o dł. 150 cm z przeliczeniem.

Pytanie 92: Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę 26 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 26 mm.

Pytanie 93: Pakiet 3 poz. 6 i 10

Czy Zamawiający dopuści igłę 36 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 36 mm.

Pytanie 94: Pakiet 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści nić 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie nici 75 cm.

Pytanie 95: Pakiet 3 poz. 7, 8

Czy Zamawiający dopuści grubość nici 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96: Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nić 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie nici 75 cm.

Pytanie 97: Pakiet 7 poz. 4, 6 , 8

Czy Zamawiający dopuści igłę 16 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 16 mm.

Pytanie 98: Pakiet 7 poz. 7, 10, 11

Czy Zamawiający dopuści igłę 25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 25 mm.

Pytanie 99: Pakiet 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści grubość nici 4-0?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100: Pakiet 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści grubość nici 5-0?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 101: Pakiet 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści nić 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie nici 90 cm.

Pytanie 102: Czy Zamawiający w części nr 1 szwy syntetyczne, wchłaniane, plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia? Podtrzymywanie tkankowe: 65% po 14 dniach, 50 % po 21 dniach, wchłaniające się między 60 a 90 dniem od implantacji?

Proponowane szwy różnią się od wymaganych tylko składem powleczenia. Należy przy tym zauważyć, iż szwy powlekane polikaprolaktonem znajdują się w ofercie tylko jednego wykonawcy. Takie (nadmierne) uszczegółowienie przedmiotu zamówienia prowadzi do niezachowania zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o powyższych parametrach.

Pytanie 103: Czy Zamawiający w części nr 1 dopuści zaoferowanie szwów chirurgicznych syntetycznych, wchłanianych, wielowłokowych o okresie wchłaniania 56-70 dni zachowujących około 75-80% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie po dwóch tygodniach od implantacji. Po trzech tygodniach zachowujących około 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie?

Szwy te charakteryzuje lepszy od wymaganego przez Zamawiającego profil podtrzymywania tkankowego. Pragniemy nadmienić, iż szwy dwuskładnikowe (z kwasu poliglikolowego i mlekowego) są stosowane zamiennie z niemi wymaganymi przez Zamawiającego w pakiecie nr 1 przez większość szpitali w Polsce, jak i na świecie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o powyższych parametrach.

Pytanie 104: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści nitkę o długości 75cm przy podwojeniu liczby saszetek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 4 nitki o długości 75cm przy podwojeniu liczby saszetek.

Pytanie 105: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 10,11,12,14 oraz 26 dopuści nitkę o długości 75cm zamiast 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 10,11,12,14 oraz 26 nitki o długości 75cm zamiast 90cm.

Pytanie 106: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 17,20,24 dopuści igłę odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 17,20,24 igły odwrotnie tnącej.

Pytanie 107: Czy Zamawiający wymaga, by wykonawcy dołączyli do oferty po 1 saszetce z każdej oferowanej pozycji. Pakiet nr 1 zawiera 36 pozycji, razem: 11 880 saszetek. W niektórych pozycjach Zamawiający zamierza zamówić 36/72 saszetki w skali roku.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmniejszenie liczby saszetek do np. po 1 saszetce z 10 wybranych przez wykonawcę pozycji z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, by 8 pozycji zawierało szew z igłą. Taki zapis pozwoli Zamawiającemu na sprawdzenie czy oferowane materiały spełniają jego wymagania jakościowe.

Pragniemy zauważyć, iż obowiązek dostarczenia po 1 saszetce z każdej pozycji znacznie zwiększa koszty przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą prośbę.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

DYREKTOR

Paweł Obermeyer