

Warszawa, dnia 10.09.2010r.

Nr sprawy: ZP – 68/10
L.dz. 527/10/ZP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę jednoparametrowych testów kasetkowych do wykrywania narkotyków i leków dla Laboratorium Toksykologicznego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyłączy z Załącznika nr 2 poz. 12, 14, 15 i utworzy oddzielny Pakiet ? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert innym Wykonawcom, a Zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Czy w Załączniku nr 2 pozycja 2 Zamawiający dopuści czułość testu 500 ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Czy w Załączniku nr 2 pozycja 4 Zamawiający dopuści czułość testu 300 ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. Czy w Załączniku nr 2 pozycja 9 Zamawiający dopuści czułość testu 300 ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. Czy w Załączniku nr 2 pozycja 10 Zamawiający dopuści czułość testu 300 ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający mógłby wyłączyć z pakietu poz. 14 i 15? Testy podane przez Zamawiającego są nowymi testami, nie używanymi standardowo w laboratoriach i firmy, które oferują testy narkotykowe, w tym nasza, nie posiadają testów do wykrywania Paracetamolu i Trmadolu w swojej ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7. Dot. zapisów umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy §6 pkt. 1 z „kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” na „kary umownej w wysokości 0,1% wartości nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

DYREKTOR

Paweł Obermeyer