

Nr sprawy: ZP – 11/11

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: **Dzierżawa automatycznego analizatora do monitorowania stężenia leków oraz substancji uzależniających oraz dostawa odczynników i akcesoriów do w/w analizatora do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie**

Tryb: Przetarg nieograniczony

Wartość szacunkowa: Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 euro

ZATWIERDZAM

.....

**ROZDZIAŁ I**  
**NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

SZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Al. Solidarności 67, 03-401 WARSZAWA  
Tel 022 818 50 61 (centrala), 022 618 71 90 (Dział Zamówień Publicznych)  
e-mail: zamowienia@praski.waw.pl  
adres strony internetowej: www.praski.waw.pl

**ROZDZIAŁ II**  
**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.

**ROZDZIAŁ III**  
**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego:

**„Dzierżawa automatycznego analizatora do monitorowania stężenia leków oraz substancji uzależniających oraz dostawa odczynników i akcesoriów do w/w analizatora do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”.**

2. Symbol postępowania: ZP-11/11.
3. Opis przedmiotu zamówienia.

- a) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych i akcesoriów oraz dzierżawa automatycznego analizatora do monitorowania stężenia leków oraz substancji uzależniających dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na okres 12 miesięcy.
- b) W cenie oferty muszą być zawarte koszty związane z wykonaniem zamówienia tj. dostawa analizatora do Zamawiającego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu (dwukrotne szkolenie: 1-sze przy uruchomieniu aparatu, 2-gie po 4 tygodniach użytkowania aparatu) oraz dostawa odczynników do ww. analizatora.
- c) Zakres zamówienia:  
Realizacja umowy na odczynniki (dostaw) poprzez zamówienia częściowe.  
Realizacja zamówień częściowych następować będzie ściśle według wskazań Zamawiającego.
- d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 „Formularz cenowy” oraz Załącznik nr 2.1. „Testy,, oraz 2.2. „Wykaz wymaganych parametrów technicznych”.
- e) Na opakowaniu asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (odczynników) musi być umieszczona data produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwa producenta.
- f) Wymagany okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia: podczas całego trwania umowy (minimum 12 miesięcy).

- g) Zamawiający wymaga, aby odczynniki pochodziły od tego samego dostawcy co analizator.
- h) Okres przydatności do stosowania odczynników nie może być krótszy niż **6 miesięcy** od daty dostawy do Zamawiającego. Trwałość odczynników po otwarciu opakowania min. **12 tygodni**.
- i) W czasie trwania dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni obowiązkowe przeglądy techniczne analizatora - co 6 miesięcy.
- j) Dostawca zapewni Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostawę materiałów zużywalnych.
- k) Rozpoczęcia działań serwisowych nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu awarii (max 24 h).
- l) Dostawca zapewni zamawiającemu bezpłatną obsługę serwisową wszystkich rodzajów uszkodzeń związanych z eksploatacją analizatora.
- m) W przypadku awarii aparatu trwającej ponad 48 godz. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt do siedziby Zamawiającego zastępczego urządzenia spełniającego opis przedmiotu zamówienia, a w przypadku niemożności takiej dostawy, do pokrycia kosztów badań wysłanych przez Zamawiającego do innego laboratorium.

4. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 36965000-0 | Odczynniki laboratoryjne  |
| 38432000-2 | Aparatura do analizowania |
| 38434000-6 | Analizatory               |

- 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

#### **ROZDZIAŁ IV** **PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **ROZDZIAŁ V** **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Przewidywany termin realizacji:

Dostawa odczynników - **12 miesięcy od daty dostarczenia analizatora**  
Dostawa analizatora - **do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.**

2. Zamówienie należy realizować sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

#### **ROZDZIAŁ VI** **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** **ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  - a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VII pkt 1a SIWZ - według wzoru Zał. nr 3 do SIWZ) oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w Rozdziale VII SIWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków.
  - b) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z oferta dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawca, warunek zostanie uznany za *spełniony*. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za *niespełniony*.
  - c) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

**ROZDZIAŁ VII**  
**WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,**  
**JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA**  
**SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. W celu potwierdzenia **spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu** wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
  - a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru - Załącznik nr 3);
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
  - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru - Załącznik nr 4);
  - b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3. W celu potwierdzenia, że **oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego**, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
  - a) Dotyczy odczynników: oświadczenie Wykonawcy, że posiada świadectwa dopuszczające produkty do stosowania w Polsce /certyfikat CE oraz, że oferowane produkty posiadają świadectwo rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia lub równoważne a także oświadczenie, iż na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające to oświadczenie - sporządzone według wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.]
  - b) Dotyczy analizatora: dokumenty potwierdzające zgodność analizatora z dyrektywami UE (deklaracja zgodności producenta/certyfikat CE- o ile dotyczy).

## **ROZDZIAŁ VIII**

### **POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w:
  - 1) § 2 ust. 1 pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  - 2) § 2 ust. 1 pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 w/w rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b w/w rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

## **ROZDZIAŁ IX**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ**

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ofertę składają na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

**ROZDZIAŁ X**  
**WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY DOKUMENTÓW**  
**ORAZ UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW**

1. Kopia dokumentu (dokumentów) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Oryginały dokumentów nie są wymagane.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w Rozdziale VI pkt. 1, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

**ROZDZIAŁ XI**  
**POTWIERDZENIE POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ SIWZ**

1. W celu spełnienia pozostałych wymagań SIWZ Wykonawca załączy do oferty:
  - a) Wypełniony „Formularz ofertowy” – załącznik Nr 1 do SIWZ
  - b) Wypełniony „Formularz cenowy” – załącznik Nr 2 oraz „Wykaz parametrów technicznych” Nr 2.2. do SIWZ.

**ROZDZIAŁ XII**  
**INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ**  
**ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
  - a) Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami: pisemnie, faxem oraz pocztą elektroniczną (e-mail).
  - b) Każdy fax, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
  - c) Każdy e-mail, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
  - d) Każda strona na żądanie drugiej obowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faxu lub e-maila.
  - e) Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.
2. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

- a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
  - b) Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wnioski w sprawie wyjaśnień SIWZ wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wnioski bez rozpoznania.
  - c) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie niniejszego postępowania:
- Beata Guenther – w zakresie przedmiotu zamówienia  
Agnieszka Danieluk – fax: (22) 618 71 90,  
e-mail: zamowienia@praski.waw.pl – w sprawach zgodności z ustawą.

### **ROZDZIAŁ XIII** **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### **ROZDZIAŁ XIV** **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30** dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

### **ROZDZIAŁ XV** **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT** **I OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

- A. Sposób przygotowania ofert:
1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ.
  2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
  3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
  5. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być napisana w języku polskim.
  6. Wymaga się, aby wszystkie kartki oferty były ze sobą połączone w sposób trwały.
  7. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.
  8. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wymaga się, aby wszystkie załączniki do oferty były również podpisane i ponumerowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. *Za osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” notarialnie.*
  9. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  10. Wykonawca oznaczy klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie informacji niejawnych. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa musi zawierać podstawę prawną zastrzeżenia, wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z podaniem numeru strony oferty, którą stanowi zastrzeżony dokument. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dot. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile takie występują w złożonej ofercie.

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
12. Oferta winna być sporządzona na formularzu o nazwie „Formularz Ofertowy”, stanowiącym załącznik nr 1. Formularz ofertowy jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.
13. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
14. Załączniki **nr 1, 2, 3, 4, 5** do SIWZ muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.
15. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące:  
**nazwy i adresu Wykonawcy,**  
**nr REGON oraz NIP,**  
**adres internetowy (URL), adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu/faksu.**  
*Zamawiający zamieszcza te informacje w Ogłoszeniu o Udzieleniu Zamówienia.*
16. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
17. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
Zaleca się, aby opakowanie posiadało:  
nazwę i adres Wykonawcy,  
nazwę i adres Zamawiającego,

Oznaczenie:

|  |
|--|
| <p><b>ZP-11/11</b></p> <p><b>OFERTA na</b><br/><b>„Dzierżawa analizatora do monitorowania stężenia leków oraz</b><br/><b>substancji uzależniających wraz z dostawą odczynników i</b><br/><b>akcesoriów”</b></p> <p><b>NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.03.2010 R. GODZ. 10.15</b></p> |
|--|

18. Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej.
19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu np. „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem np. „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.
20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE OFERTY”.

21. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana lecz pozostanie w dokumentacji postępowania.
- B. Opis sposobu obliczenia ceny.
6. Cena oferty powinna być obliczona zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
7. Cenę oferty (zawierającą wszystkie jej składniki) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi.
8. W łącznej cenie oferty brutto należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz ewentualne upusty i rabaty.

## **ROZDZIAŁ XVI** **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy złożyć w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie, Al. Solidarności 67, budynek „D” pokój nr 12 - Sekretariat

**do dnia 09 marca 2010r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych budynku D, pok. 10,

**w dniu 09 marca 2010r o godz. 10:15.**

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

## **ROZDZIAŁ XVII** **KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ** **PRZY WYBORZE OFERT**

1. Ocenie będą podlegały oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| lp | KRYTERIUM | %    | SPOSÓB OBLICZANIA   |
|----|-----------|------|---|
| 1  | Cena      | 100% | cena najniższa oferowana<br>$K = \frac{\text{cena najniższa oferowana}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100$ |

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający wybierze tę spośród nich, która zawiera niższą cenę.

**ROZDZIAŁ XVIII**  
**FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY**

Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy, wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w ww. dokumencie, udzielającej pełnomocnictwa.

**ROZDZIAŁ XIX**  
**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA**  
**NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

**ROZDZIAŁ XX**  
**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

**ROZDZIAŁ XXI**  
**ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**


Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy

**ROZDZIAŁ XXII**  
**ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

1. Formularz ofertowy.
2. Formularz cenowy.
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
5. Wzór oświadczenia o posiadanych certyfikatach.
6. Projekt umowy.

Podpisy osób wchodzących w skład Komisji Przetargowej:

- |                           |                      |       |
|---------------------------|----------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Komisji | – Beata Guenther     | ..... |
| 2. Członek Komisji        | – Ewa Zajko          | ..... |
| 3. Sekretarz Komisji      | – Agnieszka Danieluk | ..... |



Pieczętka firmowa Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

### OFERTA

na .....

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....

adres e- mail /tel./fax. ....

NIP: ..... REGON: .....

Osoba/osoby wyznaczone do reprezentowania Wykonawcy w celu podpisania umowy:

.....

Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

Cena netto: .....zł /słownie:...../

Podatek VAT: (w...%) i .....zł /słownie: ...../

Cena brutto: .....zł /słownie: ...../

### W TYM:

#### **Cena dostawy odczynników na okres 12 miesięcy:**

Cena netto: .....zł /słownie:...../

Podatek VAT: (w...%) i .....zł /słownie: ...../

Cena brutto: .....zł /słownie: ...../

#### **Cena dzierżawy analizatora na okres 12 miesięcy:**

Cena netto: .....zł /słownie:...../

Podatek VAT: (w...%) i .....zł /słownie: ...../

Cena brutto: .....zł /słownie: ...../

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie:
  - dostawa analizatora wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników – w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy;
  - dostawa odczynników i materiałów zużywalnych w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z terminem dostawy w ciągu ..... dni od daty złożenia zamówienia (max termin dostawy – 7 dni od daty złożenia zamówienia).
3. Oferujemy wykonanie zamówienia przy warunkach płatności (30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury) ..... dni.
4. Oferujemy wykonanie zamówienia z okresem gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia ..... miesięcy (min. 12 miesięcy).
5. Okres przydatności do stosowania odczynników nie może być krótszy niż ..... (min. 6 m-cy) miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Trwałość odczynników po otwarciu opakowania nie może być krótsza niż ..... tygodni (minimum 12 tygodni).
6. W czasie trwania dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni obowiązkowe przeglądy techniczne analizatora - co 6 miesięcy.
7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostawę materiałów zużywalnych.
8. Siedziba serwisu mieści się w: ..... (podać adres i numer telefonu).
9. Rozpoczęcia działań serwisowych nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu awarii (max 24 h).
10. Wykonawca zapewni zamawiającemu bezpłatną obsługę serwisową wszystkich rodzajów uszkodzeń związanych z eksploatacją analizatora.
11. Wykonawca zobowiązuje się do dwukrotnego przeszkolenia personelu Zamawiającego, pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu uruchomienia analizatora, drugie szkolenie odbędzie się po 4 tygodniach użytkowania analizatora.
12. Zobowiązujemy się w okresie trwania gwarancji do wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy w ciągu ..... godzin od momentu zgłoszenia (maksymalnie 72 godz.).
13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
14. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
15. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
16. Oferta zawiera .....ponumerowanych stron, w tym strony nr ..... oferty są jawne, natomiast strony nr.....oferty są niejawne\*.
17. Załącznikami do niniejszej oferty są :
  - (1).....
  - (2).....
  - (3).....
  - (...).....

\*niepotrzebne skreślić

.....  
*Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.*

## FORMULARZ CENOWY

## 1) Dostawa odczynników i akcesoriów do analizatora do monitorowania stężenia leków oraz substancji uzależniających

| Lp. | Przedmiot zamówienia  | Ilość testów / rok | Cena jednostkowa netto (za opakowanie) | Wartość zamówienia netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto (za opakowanie) | Wartość zamówienia brutto | Ilość testów w opakowaniu | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy oferowanego produktu/ Producent |
|-----|---|--------------------|--|--------------------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|--|
|     | -1-   | -3-                | -4-                                    | -5-                      | -6-     | -7-                                     | -8-                       | -9-                       | -10-   |
| 1   | Carbamazepine Assay   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 2   | Phenobarbital Assay   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 3   | Valproic Acid Assay   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 4   | TCA Assay   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 5   | Digoxin Assay   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 6   | Serum Benzodiazepines Assay   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 7   | Serum Barbiturates Assay  |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 8   | Theophylline Assay  |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 9   | Acetaminophen Assay   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 10  | Cannabinoids Assay  |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 11  | Amphetamines Assay  |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 12  | Cocaine Assay   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 13  | Opiates Assay   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 14  | LSD Assay   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 15  | Ecstasy Assay   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 16  | Etyl Alkohol Assay  |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 17  | Phenytoine Assay  |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
| 18  | Kalibratory, kontrole i akcesoria niezbędne do wykonania podanej w zał. nr 2.1. ilości testów (wymienić poniżej): |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
|     |   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
|     |   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
|     |   |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |
|     | <b>RAZEM</b>  |                    |  |                          |         |   |                           |                           |  |

**2) Dzierżawa analizatora do monitorowania stężenia leków oraz substancji uzależniających**

| <b>l.p.</b> | <b>Przedmiot zamówienia</b>  | <b>JM</b> | <b>Ilość</b> | <b>liczba opłat</b> | <b>miesięczna opłata<br/>dzierżawna<br/>brutto w PLN</b> | <b>Cena netto łącznie za<br/>roczny koszt<br/>dzierżawy</b> | <b>VAT<br/>[%]</b> | <b>Cena brutto łącznie za<br/>roczny koszt dzierżawy</b> |
|-------------|--|-----------|--------------|---------------------|--|---|--------------------|--|
|             | -1-  | -2-       | -3-          | -4-                 | -5-  | -7-   | -8-                | -9-  |
| 1           | Analizator do monitorowania stężenia leków oraz substancji uzależniających | kpl       | 1            |                     |  |   |                    |  |

Łączna cena oferty netto ..... / słownie:...../  
 Łączna cena oferty brutto...../słownie...../

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego  
 przedstawiciela Wykonawcy*

Testy :

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa odczynnika</b>            | <b>Ilość testów/rok</b> |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1.          | <b>Carbamazepine Assay</b>         | 960                     |
| 2.          | <b>Phenobarbital Assay</b>         | 240                     |
| 3.          | <b>Valproic Assay</b>              | 840                     |
| 4.          | <b>TCA Assay</b>                   | 780                     |
| 5.          | <b>Digoxin Assay</b>               | 800                     |
| 6.          | <b>Serum Benzodiazepines Assay</b> | 1040                    |
| 7.          | <b>Serum Barbiturates Assay</b>    | 650                     |
| 8.          | <b>Theophylline Assay</b>          | 240                     |
| 9.          | <b>Acetaminophen Assay</b>         | 1120                    |
| 10.         | <b>Cannabinoids Assay</b>          | 1680                    |
| 11.         | <b>Amphetamines Assay</b>          | 1560                    |
| 12.         | <b>Cocaine Assay</b>               | 1680                    |
| 13.         | <b>Opiates Assay</b>               | 1680                    |
| 14.         | <b>LSD Assay</b>                   | 570                     |
| 15.         | <b>Ecstasy Assay</b>               | 1650                    |
| 16.         | <b>Ethyl Alcohol Assay</b>         | 2800                    |
| 17.         | <b>Phenytoine Assay</b>            | 360                     |

## WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametry urządzenia  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 1    | Analizator przeznaczony do oznaczania stężeń leków oraz substancji uzależniających pracujący w systemie Random Access                   | Tak               |                    |
| 2    | Możliwość równoczesnego oznaczania parametrów z Załącznika 2.1. na jednej platformie aparaturowej.                                      | Tak               |                    |
| 3    | Pomiar metodą immunoenzymatyczną.   | Tak               |                    |
| 4    | Automatycznie myte kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku.   | Tak               |                    |
| 5    | Czas otrzymania pierwszego wyniku maksymalnie 12 minut.   | Tak               |                    |
| 6    | Możliwość graficznego przedstawienia wyników badań i kalibracji (możliwość podglądu krzywych kalibracyjnych).                           | Tak               |                    |
| 7    | Opcja wyboru rodzaju kalkulacji krzywej kalibracyjnej (minimum 2 rodzaje)   | Tak               |                    |
| 8    | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora.  | Tak               |                    |
| 9    | Możliwość doładowywania odczynników i próbek w czasie pracy analizatora.  | Tak               |                    |
| 10   | Możliwość wykonania kalibracji jednocześnie dla więcej niż jednego testu.   | Tak               |                    |
| 11   | Minimum 5 „otwartych kanałów”.  | Tak               |                    |
| 12   | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem (RS 232 C)   | Tak               |                    |
| 13   | Analizator wyposażony w czytnik kodów paskowych.  | Tak               |                    |
| 14   | Analizator wyposażony w drukarkę laserową.  | Tak               |                    |
| 15   | Wbudowany system kontroli jakości: reguły Westgarda, wykres Levey-Jennings'a.   | Tak               |                    |
| 16   | Odczynniki pochodzące od tego samego dostawcy co analizator.  | Tak               |                    |
| 17   | Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy .   | Tak               |                    |
| 18   | Trwałość odczynników po otwarciu opakowania minimum 12 tygodni.   | Tak               |                    |
| 19   | Czas reakcji serwisu do 24 godzin.  | Tak               |                    |
| 20   | Dwukrotne szkolenie: 1-sze przy uruchomieniu aparatu, 2-gie po 4 tygodniach użytkowania aparatu.  | Tak               |                    |
| 21   | Dostosowanie pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany analizator, w odpowiednie warunki klimatyczne.                                | Tak               |                    |
| 22   | Zaopatrzenie analizatora w stację uzdatniania wody o odpowiedniej wydajności do ilości wykonywanych analiz oraz odpowiedniej czystości. | Tak               |                    |

|    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
| 23 | W przypadku awarii aparatu trwającej ponad 48 godz. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań i transportu próbek wysłanych przez Zamawiającego do innego Laboratorium. | Tak |  |
| 24 | Przeglądy techniczne aparatu co 6 miesięcy.   | Tak |  |

Uwaga : w kolumnie „Parametry wymagane” TAK – są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem „TAK” podana jest wartość lub zakres wartości, to dane te są również wymogiem granicznym.

**CZAS DOSTAWY ANALIZATORA : DO 4 TYGODNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY**

**GWARANCJA PODCZAS CAŁEGO OKRESU TRWANIA UMOWY**

**CZAS REAKCJI SERWISU : MAX. DO 24 GODZIN**

.....  
*Data, pieczęć i podpis  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

# Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na:

**„Dzierżawa automatycznego analizatora do monitorowania stężenia leków oraz substancji uzależniających oraz dostawa odczynników i akcesoriów do w/w analizatora do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”.**

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
*Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.*

# Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Dzierżawa automatycznego analizatora do monitorowania stężenia leków oraz substancji uzależniających oraz dostawa odczynników i akcesoriów do w/w analizatora do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”.**

oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

.....  
*Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.*

## OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu .....

Numer teleksu / fax ....

Oświadczam, że do wykonania przedmiotu zamówienia użyję produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania w Polsce /certyfikat CE/ oraz świadectwo rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia lub równoważne.

Oświadczam także, iż na każde żądanie Zamawiającego przedstawię dokumenty potwierdzające powyższe oświadczenie.

.....  
*Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*

## Umowa nr...../2011 - PROJEKT

Zawarta w dniu.....-.....-..... 2011 r. w Warszawie pomiędzy:

Szpitałem Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000142972, posiadającym Regon 012298823, NIP 113-13-35-374,

reprezentowanym przez: Pawła Obermeyera – Dyrektora Szpitala

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

..... z siedzibą w ..... (kod .....) przy ul.  
..... zarejestrowaną w ....., pod numerem  
....., Regon: ....., NIP: .....,

reprezentowanym przez:

..... –.....

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ZP-11/11) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1 PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego **odczynników**, których szczegółowy rodzaj i asortyment i ceny jednostkowe netto określa formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy oraz **dzierżawa analizatora** wg zestawienia parametrów wymaganych, stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy.

### § 2 WARTOŚĆ UMOWY

1. Strony uzgadniają, że wartość umowy wynosi: ..... zł netto (słownie: ..... zł), plus ..... % podatku VAT, tj. ....zł (słownie: .....zł), co stanowi kwotę brutto ..... zł (słownie: .....zł).

W tym:

Dostawa odczynników:

netto: ..... zł

(słownie: .....)

VAT: (....%) tj. .... zł

(słownie: .....)

brutto: ..... zł

(słownie: .....)

Dzierżawa analizatora:

netto: ..... **zł**

(*słownie*: .....)

VAT: (...%) tj. .... **zł**

(*słownie*: .....)

brutto: ..... **zł**

(*słownie*: .....)

2. Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym.
3. Podana cena obejmuje:
  - a) w przypadku analizatora – wszystkie koszty związane z dostawą towaru loco siedziba Zamawiającego (transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp.) a także koszty instalacji, uruchomienia i przeszkolenia personelu,
  - b) w przypadku odczynników, testów i materiałów zużywalnych- koszty dostawy, opakowania ubezpieczenia i wszelkie pozostałe związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

### § 3

#### DOSTAWA

1. Dostawa przedmiotu zamówienia określona w §1 umowy następować będzie w terminach:

1.1 Analizator - dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników- w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,

1.2 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych:

- a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy przedmiotu umowy sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
  - b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy Zamawiającemu w ciągu maksymalnie ...dni od chwili złożenia zamówienia (pisemnie, fax., e-mailem), z zastrzeżeniem ust. 3.
  - c) W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zamówienia.
  - d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru niż podano w załączniku do umowy, jak również zwrotu niewykorzystanych przez Zamawiającego odczynników po wygaśnięciu umowy.
  - e) Jako termin realizacji dostawy rozumie się datę podpisania protokołu odbioru dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2. Miejsce dostaw – siedziba Zamawiającego.
  3. Podane w Załączniku ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości przedmiotu zamówienia w zakresie ilości i wartości określonego w pakiecie, do 70 % całkowitej wartości brutto umowy.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili udzielania zamówienia, przedmiot zamówienia może być zrealizowany w mniejszym zakresie niż jest to określone w ofercie.
  5. Osoby upoważnione do odbioru – Kierownik laboratorium Toksylogicznego lub osoby upoważnione.
  6. Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:
    - a) ulotki w języku polskim, zawierające, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
    - b) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy oraz znak CE,

- c) opakowanie jednostkowe winno zawierać datę produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta.

#### § 4

### WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają następujące warunki płatności za dostarczony przedmiot umowy: Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
2. Każdorazowa dostawa przedmiotu umowy dokumentowana będzie dowodem WZ zawierającym numer realizowanego zamówienia, wystawionym w sposób umożliwiający pełną identyfikację pod względem ilościowym i jakościowym przedmiotu umowy, dokonywaną przez Zamawiającego.
3. Z chwilą podpisania dowodu WZ przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa w stosunku do realizowanego przedmiotu umowy, a także wszelkie korzyści i ciężary związane ze zrealizowanym przedmiotem umowy przechodzą na Zamawiającego
4. Strony ustalają, że faktura zbiorcza wystawiana najpóźniej na koniec każdego miesiąca. Faktura musi zawierać niezależnie od kopii dowodów WZ załącznik w formie i formacie uzgodnionym między Stronami, w którym będą wyszczególnione wszystkie dostawy zrealizowane w okresie rozliczeniowym.
5. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku bankowego.

#### § 5

### GWARANCJA

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad fizycznych. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze dostawy Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty dostarczenia towaru, do dostarczenia towaru wolnego od wad.
2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określoną datę końca okresu jego przydatności do stosowania.
3. Okres przydatności do stosowania na dostarczone odczynniki nie może być krótszy niż ..... miesiące od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony analizator (na okres .... miesięcy), że towar jest dobrej jakości i wolny od wad. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
6. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
7. Reklamacja z tytułu jakości bądź ilości towaru będzie składana przez zamawiającego faksem lub listownie do Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu złej jakości towaru bądź braków

#### § 6

### WARUNKI DZIERŻAWY ORAZ SERWISU ANALIZATORA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy – w drodze dzierżawy- analizator ..... o parametrach określonych w formularzu „zestawienie parametrów wymaganych” – będących załącznikiem nr 4 do oferty.
2. Koszt 12- miesięcznej dzierżawy analizatora Strony ustalają na kwotę.....złotych brutto.
3. Płatność wynikająca z dzierżawy analizatora realizowana będzie w ratach miesięcznych.

4. Wykonawca dostarczy urządzenie, zainstaluje je we wskazanym przez zamawiającego miejscu i przeszkoli personel w zakresie jego obsługi na swój koszt w terminie: szkolenie 1-sze przy uruchomieniu aparatu, 2-gie po 4 tygodniach użytkowania aparatu
5. Na czas trwania dzierżawy Wykonawca ceduje na rzecz Zamawiającego prawa i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji urządzenia przekaże protokół instalacji, będący kartą gwarancyjną.
6. Strony wzajemnie ustalają, iż Wykonawca ubezpieczy przedmiotowy analizator na swój koszt.
7. Po zakończeniu umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić analizator w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z eksploatacji.
8. W czasie trwania dzierżawy Wykonawca zapewni obowiązkowe przeglądy techniczne analizatora – co 6 miesięcy.
9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostawę innych części i materiałów zużywalnych.
10. Siedziba serwisu mieści się .....
11. Wykonawca zapewnia zamawiającemu bezpłatną obsługę serwisową wszystkich rodzajów uszkodzeń związanych z eksploatacją analizatora.

## **§ 6**

### **KARY UMOWNE I ODSETKI**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ;
  - 2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
  - 3) za dostarczenie w ramach dostawy wadliwego towaru – w wysokości 5% wartości dostawy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na zrealizowanie reklamacji;
  - 4) za opóźnienie w dostawie i zainstalowaniu towaru – w wysokości 5% wartości dostawy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Strony ustalają, że łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekraczać 25% wartości zawartej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.

## **§ 7**

### **ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

## § 8

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu znaku towarowego lub praw patentowych dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
2. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego
3. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
4. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, ani regulowane w drodze kompensaty.
5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu zamówienia.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

#### Załączniki:

- Załącznik 1 - Wykaz asortymentowo-cenowy. Formularz cenowy.
- Załącznik 2 - Zestawienie parametrów wymaganych analizatora.