

Nr sprawy: ZP – 18/11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: **„Dzierżawa 3 analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”**

Tryb: Przetarg nieograniczony

Wartość szacunkowa: Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 euro

ZATWIERDZAM

.....

ROZDZIAŁ I
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Al. Solidarności 67, 03-401 WARSZAWA
Tel 022 818 50 61 (centrala), 022 618 71 90 (Dział Zamówień Publicznych)
e-mail: zamowienia@praski.waw.pl
adres strony internetowej: www.praski.waw.pl

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego:

„Dzierżawa 3 analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”.

2. Symbol postępowania: ZP-18/11.
3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 3 analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Przeznaczenie: Blok operacyjny, OIOM, SOR.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja rodzajowo-ilościowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ.

Szczegóły dotyczące warunków dzierżawy oraz serwisu analizatorów parametrów krytycznych określono w projekcie umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

W cenie oferty muszą być zawarte koszty związane z wykonaniem zamówienia tj. dostawa analizatorów do Zamawiającego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do ww. analizatorów.

Realizacja umowy (dostaw) poprzez zamówienia częściowe. Realizacja zamówień częściowych następować będzie ściśle według wskazań Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, przedmiot zamówienia może być zrealizowany w mniejszym zakresie. Zakup każdego asortymentu uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (aktualnego stanu pacjentów i uzasadnienia medycznego). Zapotrzebowanie na poszczególne pozycje asortymentowe jest ściśle uzależnione od obłożenia poszczególnych oddziałów Szpitala i rodzaju jego pacjentów. Zmniejszenie ilości przedmiotu

zamówienia w toku jego realizacji nie może przekroczyć 30% ilości określonej w niniejszej SIWZ.

Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających dopuszczenie produktów stanowiących przedmiot zamówienia do stosowania w Polsce lub certyfikatów CE na każdym etapie oceny i badania ofert.

Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

4. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

33695000-0 Odczynniki laboratoryjne

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

ROZDZIAŁ IV **PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ V **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Przewidywany termin realizacji:

Dostawa analizatora: do 3 dni od daty zawarcia umowy.

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, z terminem dostawy max. 1 dzień od daty złożenia zamówienia.

2. Zamówienie należy realizować sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

ROZDZIAŁ VI **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** **ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawcy spełnią warunek wykazując, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej **dwie dostawy odczynników laboratoryjnych** zbliżone wartością do przedmiotu zamówienia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VII pkt 1a SIWZ - według wzoru Zał. nr 3 do SIWZ) oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w Rozdziale VII SIWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków.
- b) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z oferta dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za *spełniony*. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za *niespełniony*.
- c) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

ROZDZIAŁ VII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia **spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu** wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
 - a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru - Załącznik nr 3);
 - b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - sporządzony według wzoru wykazu stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej **dwie dostawy** odczynników i materiałów zużywalnych zbliżone wartością do przedmiotu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru - Załącznik nr 4);

- b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. W celu potwierdzenia, że **oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego**, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
- a) Dotyczy odczynników i materiałów zużywalnych: oświadczenie Wykonawcy, że posiada świadectwa dopuszczające oferowane odczynniki i materiały zużywalne do stosowania w Polsce /certyfikaty CE oraz, że oferowane produkty posiadają świadectwo rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia lub równoważne a także oświadczenie, iż na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające to oświadczenie - sporządzone według wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
- b) Dotyczy analizatora: dokumenty potwierdzające zgodność analizatora z dyrektywami UE/ dokumenty dopuszczające do obrotu/ użytku w placówkach służby zdrowia (deklaracja zgodności producenta/certyfikat CE/wpis do rejestru wyrobów medycznych – o ile dotyczy).

ROZDZIAŁ VIII
POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ
WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w:
- 1) § 2 ust. 1 pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a w/w rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b w/w rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

ROZDZIAŁ IX
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW
W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ofertę składają na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

ROZDZIAŁ X
WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY DOKUMENTÓW
ORAZ UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

1. Kopia dokumentu (dokumentów) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Oryginały dokumentów nie są wymagane.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w Rozdziale VI pkt. 1, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

ROZDZIAŁ XI
POTWIERDZENIE POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ SIWZ

1. W celu spełnienia pozostałych wymagań SIWZ Wykonawca załączy do oferty:
 - a) Wypełniony „Formularz ofertowy” – załącznik Nr 1 do SIWZ.
 - b) Wypełniony „Formularz cenowy” – załącznik Nr 2 do SIWZ.
 - c) Wypełniony „Wykaz wymaganych parametrów technicznych” – Załącznik nr 2.1 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
 - a) Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami: pisemnie, faxem oraz pocztą elektroniczną (e-mail).
 - b) Każdy fax, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
 - c) Każdy e-mail, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
 - d) Każda strona na żądanie drugiej obowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faxu lub e-maila.
 - e) Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

2. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
 - a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
 - b) Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wnioski w sprawie wyjaśnień SIWZ wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 - c) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie niniejszego postępowania:

Lek. med. Ewelina Pirsztuk – w zakresie przedmiotu zamówienia;
Agnieszka Danieluk – fax: 22 618 71 90,
e-mail: zamowienia@praski.waw.pl – w sprawach zgodności z ustawą.

ROZDZIAŁ XIII **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XIV **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30** dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XV **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT** **I OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

- A. Sposób przygotowania ofert:
1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 5. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być napisana w języku polskim.
 6. Wymaga się, aby wszystkie kartki oferty były ze sobą połączone w sposób trwały.
 7. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.
 8. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wymaga się, aby wszystkie załączniki do oferty były również podpisane i ponumerowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. *Za osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” notarialnie.*
 9. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10. Wykonawca oznaczy klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie informacji niejawnych. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa musi zawierać podstawę prawną zastrzeżenia, wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z podaniem numeru strony oferty, którą stanowi zastrzeżony dokument. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dot. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile takie występują w złożonej ofercie.
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
12. Oferta winna być sporządzona na formularzu o nazwie „Formularz Ofertowy”, stanowiącym załącznik nr 1. Formularz ofertowy jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.
13. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
14. Załączniki **nr 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6** do SIWZ muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.
15. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące:
**nazwy i adresu Wykonawcy,
nr REGON oraz NIP,
adres internetowy (URL), adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu/faksu.**
Zamawiający zamieszcza te informacje w Ogłoszeniu o Udzieleniu Zamówienia.
16. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
17. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Zaleca się, aby opakowanie posiadało:
nazwę i adres Wykonawcy,
nazwę i adres Zamawiającego,

Oznaczenie:

<p>ZP-18/11</p> <p>OFERTA na</p> <p>„Dzierżawę 3 analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”</p> <p>NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.04.2011 R. GODZ. 10.15</p>

18. Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej.
19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu np. „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem np. „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.

20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE OFERTY”.
21. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana lecz pozostanie w dokumentacji postępowania.

B. Opis sposobu obliczenia ceny.

6. Cena oferty powinna być obliczona zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
7. Cenę oferty (zawierającą wszystkie jej składniki) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi.
8. W łącznej cenie oferty brutto należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz ewentualne upusty i rabaty.

ROZDZIAŁ XVI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie, Al. Solidarności 67, budynek „D” pokój nr 12 - Sekretariat

do dnia 19 kwietnia 2011r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych budynku D, pok. 10,

w dniu 19 kwietnia 2011r o godz. 10:15.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej.

ROZDZIAŁ XVII
KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERT

1. Ocenie będą podlegały oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

lp	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	100%	$K = \frac{\text{cena najniższa oferowana}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100$

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający wybierze tę spośród nich, która zawiera niższą cenę.

ROZDZIAŁ XVIII **FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY**

Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy, wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w ww. dokumencie, udzielającej pełnomocnictwa.

ROZDZIAŁ XIX **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA** **NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ XX **ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Projekt umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:

- 1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
- 2) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,
- 3) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie,
- 4) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
- 5) zmiany terminu realizacji umowy, jej wartości oraz zwiększenie ilości przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności powyższe uzasadniających niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,
- 6) zmiany ilości przedmiotu umowy pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia, określonymi w załączniku nr 1 do umowy.

ROZDZIAŁ XXI **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy.

ROZDZIAŁ XXII
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz ofertowy.
2. Formularz cenowy oraz wykaz wymaganych parametrów technicznych.
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
5. Wzór oświadczenia o posiadanych certyfikatach.
6. Wzór wykazu wykonanych dostaw.
7. Projekt umowy.

Podpisy osób wchodzących w skład Komisji Przetargowej:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Komisji | – Ewelina Pirsztuk | |
| 2. Członek Komisji | – Tomasz Siegel | |
| 3. Członek Komisji | – Iwona Zygier | |
| 4. Członek Komisji | – Lidia Sitek | |
| 5. Sekretarz Komisji | – Agnieszka Danieluk | |



Pieczętka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA na:

.....
.....
.....

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....
.....
.....

adres e- mail tel: fax:

NIP: REGON:

Osoba/osoby wyznaczone do reprezentowania Wykonawcy w celu podpisania umowy:

.....
.....
.....

Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

Cena netto:zł

/słownie:

Podatek VAT: (w.....%) izł

/słownie:

Cena brutto:zł

/słownie:

W tym:

Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
Cena dostawy odczynników na okres 12 miesięcy:		
Cena dzierżawy 3 analizatorów na okres 12 miesięcy:		
Cena dzierżawy 3 analizatorów w odniesieniu do okresu 1 miesiąca:		
RAZEM		
<i>Kwota brutto słownie:</i>		

- a) **z okresem gwarancji** na oferowany przedmiot zamówienia (min. **12** miesięcy).
- b) w terminie:
- dostawa odczynników i materiałów zużywalnych w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z terminem dostawy w ciągu dnia od daty złożenia zamówienia (max termin dostawy – **1 dzień** od daty złożenia zamówienia).
 - dostawa 3 analizatorów wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników – w terminie (do **3 dni**) od daty podpisania umowy;
- c) przy warunkach płatności dni (minimum 30 dni) od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
- d) Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż dni od daty dostawy do Zamawiającego (min. 21 dni).
- e) Zobowiązujemy się w okresie trwania gwarancji do wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy w ciągu godzin od momentu zgłoszenia (maksymalnie 48 godz.).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Zamówienie zamierzamy wykonać z udziałem podwykonawców / całość prac wykonamy we własnym zakresie.

W przypadku udziału podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom:

.....
.....

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. **30** dni od upływu terminu na składanie ofert.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oferta zawiera ponumerowanych stron, w tym strony nr oferty są jawne, natomiast strony nr oferty są niejawnne*.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - (1).....
 - (2).....
 - (3).....
 - (...).....

*niepotrzebne skreślić

.....
Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

FORMULARZ CENOWY

„Dzierżawa 3 analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych”

I. Dzierżawa analizatora GEM PREMIER 3000 wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Bloku operacyjnego (600 -miesięczna ilość badań) :

Lp.	Nazwa odczynnika	Ilość oznaczeń w okresie trwania umowy	Cena brutto za jedno oznaczenie	Ilość oznaczeń w opakowaniu	Ilość pełnych opakowań	Cena netto za 1 opakowanie	Wartość ogólna netto	Podatek VAT		Wartość ogólna brutto	Producent
								%	Kwota		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Gazometria (pH, pO ₂ , pCO ₂ , wapń zjonizowany, sód, potas, glukoza, mleczany + parametry wyliczane)										
1.1	Kaseta odczynnikowa IQM do oznaczania: BGE/GLU/LAC/HCT										
1.2	GEM CVP										
1.3	Papier										
1.4	Strzykawko-probówka do gazometrii (heparyna litowa) 2ml sterylna pakowana pojedynczo										
Wartość ogółem za odczynniki i materiały eksploatacyjne:											

	Koszt dzierżawy netto za 1 miesiąc	koszt dzierżawy za okres 12 miesięcy			
		Łączny koszt dzierżawy netto	Podatek		Łączny koszt dzierżawy brutto
			%	Kwota	
Analizator GEM PREMIER 3000					
Wartość ogółem dzierżawy:					

Łączna wartość oferty netto wynosi:

Łączna wartość oferty brutto wynosi:

**II. Dzierżawa analizatora GEM PREMIER 3000 dla OIOM
(960 -miesięczna ilość badań) :**

Lp.	Nazwa odczynnika	Ilość oznaczeń w okresie trwania umowy	Cena brutto za jedno oznaczenie	Ilość oznaczeń w opakowaniu	Ilość pełnych opakowań	Cena netto za 1 opakowanie	Wartość ogólna netto	Podatek VAT		Wartość ogólna brutto	Producent
								%	Kwota		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Gazometria (pH, pO2, pCO2, wapń zjonizowany, sód, potas, glukoza, mleczany + parametry wyliczane)										
1.1	Kaseta odczynnikowa IQM do oznaczania: BGE/GLU/LAC/HCT										
1.2	GEM CVP										
1.3	Papier										
1.4	Strzykawko-probówka do gazometrii (heparyna litowa) 2ml sterylna pakowana pojedynczo										
Wartość ogółem za odczynniki i materiały eksploatacyjne:											

	Koszt dzierżawy netto za 1 miesiąc	koszt dzierżawy za okres 12 miesięcy			
		Łączny koszt dzierżawy netto	Podatek		Łączny koszt dzierżawy brutto
			%	Kwota	
Analizator GEM PREMIER 3000					
Wartość ogółem dzierżawy:					

Łączna wartość oferty netto wynosi:

Łączna wartość oferty brutto wynosi:

III. Dzierżawa analizatora GEM PREMIER 4000 dla SOR:

(450 -miesięczna ilość badań) :

Lp.	Nazwa odczynnika	Ilość oznaczeń w okresie trwania umowy	Cena brutto za jedno oznaczenie	Ilość oznaczeń w opakowaniu	Ilość pełnych opakowań	Cena netto za 1 opakowanie	Wartość ogólna netto	Podatek VAT		Wartość ogólna brutto	Producent
								%	Kwota		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Gazometria, elektrolity, biochemia, kooksymetria										
1.1	Kaseta odczynnikowa IQM do oznaczania: BGE/GLU/LAC/HCT + kooksymetria										
1.2	GEM CVP 1 WITH CO-OX GEM 4K										
1.3	GEM CVP 2 WITH CO-OX GEM 4K										
1.4	GEM CVP 3 HCT GEM 4K										
1.5	GEM CVP 4 HCT GEM 4K										
1.6	Papier										
1.7	Strzykawko-probówka do gazometrii (heparyna litowa) 2ml sterylna pakowana pojedynczo										
Wartość ogółem za odczynniki i materiały eksploatacyjne:											

Wraz z analizatorem zostanie dostarczony zestaw startowy: po 10 ampulek CVP1, CVP2, CVP3, CVP4.

	Koszt dzierżawy netto za 1 miesiąc	Łączny koszt dzierżawy netto	Podatek		Łączny koszt dzierżawy brutto
			%	Kwota	
Analizator GEM PREMIER 4000					
Wartość ogółem dzierżawy:					

Łączna wartość oferty netto

wynosi:

Łączna wartość oferty brutto

wynosi:

Wszystkie zasadnicze dla funkcjonowania aparatów części (sensory, roztwory kalibracyjne, materiał kontroli jakości na trzech poziomach, płyn płuczący, układ hydrauliczny, sonda aspirująca, zbiornik na odpadki) umieszczone są w wymiennej kasie (kartridżu) wystarczającej na określoną ilość badań.

Należy uwzględnić materiały kontrolne i kalibracyjne do kontroli pracy analizatora w czasie rzeczywistym.

SUMA PKT. I, II i III:

Łączna wartość oferty netto wynosi:

Łączna wartość oferty brutto wynosi:

.....
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy*

Zestawienia wymaganych parametrów granicznych

3 analizatory parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników

Nazwa oferowanych urządzeń:.....
 Typ: Model:..... Rok produkcji:.....
 Producent:..... numer seryjny:.....
 Kraj pochodzenia:Certyfikaty CE
 Oferent:.....klasa urządzenia

Warunki graniczne	TAK/NIE	Opis
<i>Przeznaczenie : Blok Operacyjny, Sala Pooperacyjna, OIOM</i>		
Trzy jednakowe analizatory nowe fabrycznie rok produkcji 2011		
Parametry mierzone: Na ⁺ , K ⁺ , pH, pCO ₂ , pO ₂ , Ca ²⁺ , glukoza, mleczyan, Hct		
Parametry wyliczalne: HCO ₃ ⁻ aktualne, HCO ₃ std, BE (ecf), BE (B), sat O ₂ , ct O ₂ , wapń znormalizowany (nCa ²⁺) zakres liniowości 0,10-5,00 mmol/L, THb		
Jeden zintegrowany wymienny wkład (kaseta) zawierający odczynniki, kalibratory, materiał kontroli jakości na trzech poziomach, czujniki pomiarowe oraz hermetycznie zamykany zbiornik na odpadki		
Kaseta i pozostałe materiały przechowywane w temperaturze pokojowej.		
Ciągła gotowość do pracy		
Możliwość wprowadzania numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów.		
Objętość próbki nie większa niż 150 µL (zarówno dla pobrań z kapilary jak i z strzykawko-probówki) dla oznaczeń gazometrii, elektrolitów oraz metabolitów		
Jednoczesne analizy powyższych parametrów z krwi pełnej heparynizowanej, surowicy, osocza i innych rodzajów materiału.		
Całkowity czas pomiaru poniżej 100 sekund.		
Zabezpieczenie przed obecnością skrzepu		
Korekcja wyników do aktualnej temperatury pacjenta.		
Oprogramowanie analizatora w języku polskim		
Wbudowana drukarka termiczna		
Dwukierunkowa transmisja danych		
Kalibracja i kontrola wszystkich parametrów po wprowadzeniu kasety na pokład prowadzona automatycznie bez nadzoru użytkownika		
W przyszłości opcjonalna możliwość podłączenia do aparatu przystawki koagulologicznej (PT, APTT, ACT)		
Aparat bezobsługowy, jedyne czynności obsługowe ograniczone do wprowadzania kaset na pokład analizatora, wymiany papieru w drukarce wewnętrznej, podstawienia próbek.		
Zastosowany system kontroli jakości całkowicie automatyczny, prowadzący ciągłą kontrolę pracy analizatora w czasie rzeczywistym, a także zarządzający wszystkimi elementami kontroli przez 24 godziny/dobę		
<i>Przeznaczenie :Szpitalny Oddział Ratunkowy</i>		
Analizator nowy fabrycznie rok produkcji 2011		

Parametry mierzone : Na ⁺ , K ⁺ Ca ⁺⁺ , Cl ⁻ , Glukoza, Mleczany, tBilirubina, Hct, tHb, O ₂ Hb, COHb, MetHb, HHb pH, pCO ₂ , pO ₂ ,		
Możliwość wprowadzenia, jako opcji również panelu metabolicznego (Na ⁺ , K ⁺ Ca ⁺⁺ , Cl ⁻ , GLUKOZA, BUN, KREATYNINA, Mierzony tCO ₂ (dla określenia kwasicy) dwuwęglany, dodatkowo Hct i mleczany.		
Wapń znormalizowany (nCa ⁺⁺) zakres liniowości 0,10-5,00 mmol/L		
Jednoczesne analizy powyższych parametrów z krwi pełnej heparynizowanej, surowicy, osocza i innych rodzajów materiału:		
Jeden zintegrowany wymienny wkład (kaseta) zawierający odczynniki, kalibratory, materiał kontroli jakości na trzech poziomach, czujniki pomiarowe oraz hermetycznie zamykany zbiornik na odpadki		
Kaseta i pozostałe materiały przechowywane w temperaturze pokojowej.		
Ciągła gotowość do pracy		
Możliwość wprowadzania numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów.		
Objętość próbki nie większa niż 150 µL (zarówno dla pobrań z kapilary jak i z strzykawkowo-probówki) dla oznaczeń gazometrii, elektrolitów oraz metabolitów i kooksymetrii		
Zabezpieczenie przed obecnością skrzepu		
Całkowity czas pomiaru wszystkich parametrów poniżej 100 sekund		
Korekcja wyników do aktualnej temperatury pacjenta.		
Oprogramowanie analizatora w języku polskim		
Wbudowana drukarka termiczna		
Dwukierunkowa transmisja danych		
Kalibracja i kontrola wszystkich parametrów po wprowadzeniu kasety na pokład prowadzona automatycznie bez nadzoru użytkownika		
Aparat bezobsługowy, jedyne czynności obsługowe ograniczone do wprowadzania kaset na pokład analizatora, wymiany papieru w drukarce wewnętrznej, podstawienia próbek.		
Zastosowany system kontroli jakości całkowicie automatyczny, prowadzący ciągłą kontrolę pracy analizatora w czasie rzeczywistym, a także zarządzający wszystkimi elementami kontroli przez 24 godziny/dobę		
<i>Wymagania wspólne dla wszystkich analizatorów</i>		
Możliwość połączenia informatycznego w sieci WEB umożliwiającej: a) nadzór analizatorów w czasie rzeczywistym b) weryfikację stanu działania analizatora c) wgląd i wydruk danych pacjenta oraz danych archiwalnych pacjenta d) wgląd i wydruk danych Systemu Kontroli Jakości e) nadanie/odebranie uprawnień do analizy konkretnych parametrów f) zablokowanie analizatora g) zarządzanie operatorami (z możliwością nadania i odebrania uprawnień różnych poziomów dostępu) h) wysyłanie danych pacjenta i kontroli jakości i) bezpieczne przekazywanie danych (szyfrowana wymiana danych) j) inne funkcje z zależności od wybranej konfiguracji		
Monitorowanie ilości badań w kasecie		
Wszystkie analizatory wyposażone w UPS-y		
Możliwość skorelowania wyników w wynikami badań laboratoryjnych		

Przeprowadzenie szkoleń personelu z oddziałów w zakresie obsługi analizatorów		
Rekompensowanie badań nie wykonanych z przyczyn niezależnych od użytkownika		

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Data, pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na:

„Dzierżawę 3 analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
*Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo.*

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dzierżawę 3 analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”

oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

.....
*Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo.*

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Numer teleksu / fax

Oświadczam, że do wykonania przedmiotu zamówienia użyję produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania w Polsce /certyfikat CE/ oraz świadectwo rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia lub równoważne.

Oświadczam także, iż na każde żądanie Zamawiającego przedstawię dokumenty potwierdzające powyższe oświadczenie.

.....
*Podpis(y) osoby (osób) wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*

WZÓR WYKAZU WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Numer fax

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dzierżawę 3 analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie”**, postępowanie znak ZP-50/10, oświadczam, że wykonaliśmy dostawy spełniające warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdziale VI SIWZ jak niżej:

Przedmiot zamówienia (opisać)	Wartość zamówienia brutto	Odbiorca	Data wykonania zamówienia
-1-	-2-	-3-	-4-

- w załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw.

.....
*Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*

Umowa nr .../2011- PROJEKT

Zawarta w dniu ...-...-2011 roku w Warszawie pomiędzy:

Szpitałem Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000142972, posiadającym Regon 012298823, NIP 113-13-35-374,

reprezentowanym przez:

Pawła Obermeyera – Dyrektora Szpitala

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a:

..... z siedzibą w (kod)
przy ul., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla w
....., ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
....., posiadającym Regon:, NIP:

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ZP- 18/11) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest **dzierżawa analizatora parametrów krytycznych** wg zestawienia parametrów wymaganych, stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy wraz z dostawą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego **odczynników i materiałów zużywalnych**, których szczegółowy rodzaj i asortyment i ceny jednostkowe netto określa formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.
2. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami.
3. Artykuły będące przedmiotem umowy winny posiadać odpowiednie atesty świadczące o dopuszczeniu dostarczanych towarów do obrotu handlowego oraz powinny odpowiadać normom branżowym przyjętym dla tego rodzaju asortymentu.

§ 2

WARTOŚĆ UMOWY

1. Strony uzgadniają, że wartość umowy wynosi: **zł netto** (słownie: zł), plus ... % i ...% podatku VAT, tj. zł

(słownie:), co stanowi kwotę **brutto** **zł**
(słownie:).

W tym:

Dzierżawa analizatorów:

netto: **zł** (słownie:)

VAT: (...%) tj.**zł** (słownie:)

brutto: **zł** (słownie:)

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych:

netto: **zł** (słownie:)

VAT: (...%) tj.**zł** (słownie:)

brutto: **zł** (słownie:)

2. Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym.
3. Podana cena obejmuje:
 - a) w przypadku analizatora – wszystkie koszty związane z dostawą towaru loco siedziba Zamawiającego (transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp.) a także koszty instalacji, uruchomienia i przeszkolenia personelu,
 - b) w przypadku odczynników - koszty dostawy, opakowania ubezpieczenia i wszelkie pozostałe związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 3 DOSTAWA

1. Dostawa przedmiotu zamówienia określona w §1 umowy następować będzie w terminach:
 - 1) Analizator - dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników- w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy,
 - 2) Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych:
 - a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy przedmiotu umowy sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 - b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy Zamawiającemu w ciągu maksymalnie 1 dzień od chwili złożenia zamówienia (pisemnie, fax., e-mailem), z zastrzeżeniem ust. 3.
 - c) W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zamówienia.
 - d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru niż podano w załączniku do umowy, jak również zwrotu niewykorzystanych przez Zamawiającego odczynników po wygaśnięciu umowy.
 - e) Jako termin realizacji dostawy rozumie się datę podpisania protokołu odbioru dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2. Miejsce dostaw – siedziba Zamawiającego, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej.
3. Osoby upoważnione do odbioru – Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lek. med. Ewelina Pirsztuk lub osoby upoważnione.

4. Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:
 - a) ulotki w języku polskim, zawierające, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
 - b) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy oraz znak CE,
 - c) opakowanie jednostkowe winno zawierać datę produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność będzie realizowana każdorazowo po dostawie przedmiotu umowy do Zamawiającego, w terminie dni (minimum 30 dni) od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto podane na fakturze.
2. Każdorazowa dostawa przedmiotu umowy dokumentowana będzie dowodem WZ zawierającym numer realizowanego zamówienia, wystawionym w sposób umożliwiający pełną identyfikację pod względem ilościowym i jakościowym przedmiotu umowy, dokonywaną przez Zamawiającego
3. Z chwilą podpisania dowodu WZ przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa w stosunku do realizowanego przedmiotu umowy, a także wszelkie korzyści i ciężary związane ze zrealizowanym przedmiotem umowy przechodzą na Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że faktura zbiorcza wystawiana najpóźniej na koniec każdego miesiąca. Faktura musi zawierać niezależnie od kopii dowodów WZ załącznik w formie i formacie uzgodnionym między Stronami, w którym będą wyszczególnione wszystkie dostawy zrealizowane w okresie rozliczeniowym
5. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu odbiorczego zawierającego zestawienie ilościowe.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku bankowego.

§ 5

GWARANCJA

1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określoną datę końca okresu jego przydatności do stosowania.
2. Okres przydatności do stosowania na dostarczone odczynniki nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone analizatory (na okres 12 miesięcy), że towar jest dobrej jakości i wolny od wad. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
5. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
6. Reklamacja z tytułu jakości bądź ilości towaru będzie składana przez zamawiającego faksem lub listownie do Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu złej jakości towaru bądź braków.
7. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia analizatora lub materiałów zużywalnych, koszty związane z dostarczeniem nowych materiałów zużywalnych niezbędnych do dalszego prawidłowego funkcjonowania analizatora, w tym m. in. kasety sensorowej, pokrywa Wykonawca.

§ 6

WARUNKI DZIERŻAWY ORAZ SERWISU ANALIZATORA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy – w drodze dzierżawy- analizator o parametrach określonych w formularzu „zestawienie parametrów wymaganych” – będących załącznikiem nr 4 do oferty.
2. Koszt 12- miesięcznej dzierżawy analizatora Strony ustalają na kwotę złotych brutto.
3. Płatność wynikająca z dzierżawy analizatora realizowana będzie w ratach miesięcznych.
4. Wykonawca dostarczy urządzenie, zainstaluje je we wskazanym przez zamawiającego miejscu i przeszkoli personel w zakresie jego obsługi na swój koszt w terminie: szkolenie 1-sze przy uruchomieniu aparatu, 2-gie po 4 tygodniach użytkowania aparatu.
5. Na czas trwania dzierżawy Wykonawca ceduje na rzecz Zamawiającego prawa i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji urządzenia przekaże protokół instalacji, będący kartą gwarancyjną.
6. Strony wzajemnie ustalają, iż Wykonawca ubezpieczy przedmiotowy analizator na swój koszt.
7. Po zakończeniu umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić analizator w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z eksploatacji.
8. W czasie trwania dzierżawy Wykonawca zapewni obowiązkowe przeglądy techniczne analizatora – co 6 miesięcy.
9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostawę innych części i materiałów zużywalnych.
10. Siedziba serwisu mieści się w (kod) przy ul., tel.
11. Dostawca zapewni zamawiającemu bezpłatną obsługę serwisową uszkodzeń związanych z eksploatacją analizatora. Wszelkie uszkodzenia analizatora wynikające z niezgodnego z instrukcją obsługi eksploataowania analizatora, uszkodzenia mechaniczne oraz inne uszkodzenia wynikające z czynników zewnętrznych są usuwane na koszt Zamawiającego.
- 12.

§ 7

KARY UMOWNE I ODSETKI

1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminach określonych w § 3 ust. 1 – 3, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:

- 7) zwiększenie lub zmniejszenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 8) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,
 - 9) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie,
 - 10) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 11) zmiany terminu realizacji umowy, jej wartości oraz zwiększenie ilości przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności powyższe uzasadniających niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,
 - 12) zmiany ilości przedmiotu umowy pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia, określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu znaku towarowego lub praw patentowych dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
2. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego
3. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
4. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzycelności, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, ani regulowane w drodze kompensaty.
5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Załączniki:

- zał. 1 - Wykaz asortymentowo-cenowy. Formularz cenowy.
- zał. 2 - Zestawienie parametrów wymaganych analizatora.